OVERALL SIZE: 26.534" WIDE X 1.811" HIGH



- Cierre los párpados y masajee suavemente el lente de contacto a través del párpado cerrado para llenarlo hasta su lugar.
- Parpadee.
- Enjuague suavemente el lente de contacto descontinuado hasta la última (centro del ojo) mientras tiene el ojo abierto, aplicando presión con el dedo sobre el lente del párpado superior o inferior.

USO DEL LENTE DE CONTACTO
Tenga en cuenta las siguientes precauciones importantes mientras lleva los lentes de contacto puestos:

Condiciones peligrosas
- Si utiliza productos en aerosol (agrupa), coma la taca para el cabello, desodorante, perfumes, productos, mantenga los ojos cerrados hasta que el rocío se haya asentado.
- **Evite** todos los humos y vapores nocivos o irritantes mientras lleve puestos los lentes de contacto.
- **Nunca** enjuague los lentes de contacto con agua corriente del grifo. El agua del grifo puede contener microorganismos que pueden dañar, lastimar o dañar sus lentes de contacto y provocar una infección o lesión ocular.

Actividad acuática
- No exponga los lentes de contacto al agua mientras los utiliza.

ADVERTENCIA:
El agua puede contener microorganismos que pueden provocar una infección grave, pérdida de visión o ceguera. Si sus lentes de contacto se han sumergido en agua al realizar deportes acuáticos o al nadar en piscinas, jacuzzis, lagos o el mar, debe desecharlos y reemplazarlos por un par nuevo antes de volver a usarlos. Además, debe hablar con su médico para obtener recomendaciones en relación con el uso de lentes de contacto cuando se realice cualquier actividad que implique contacto con el agua.

Soluciones lubricantes y humectantes
- Su profesional de la visión puede recomendarle una solución lubricante o humectante. Estas soluciones pueden utilizarse para humedecer (lubricar) sus lentes de contacto mientras los usa.
- No utilice saliva ni nada que no sean las soluciones recomendadas para lubricar o rehumedecer sus lentes de contacto. No ponga los lentes de contacto en su boca.

Uso compartido de los lentes de contacto
- **Nunca** comparta sus lentes con otra persona. Compartir lentes de contacto aumenta en gran medida la probabilidad de infecciones oculares.

Respuesta la lenma de uso y frecuencia de reemplazo prescritos
- **Nunca** use sus lentes de contacto más tiempo del recomendado por su profesional de la visión.
- **Deseche siempre** los lentes de contacto usados según lo recomendado por su profesional de la visión.
- Todo producto no utilizado o material de desecho debe desecharse de conformidad con los requisitos locales.

RETIRADA DE LOS LENTES DE CONTACTO
PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que el lente de contacto esté en la córnea antes de intentar retirarlo. Si el lente de contacto no está en la córnea, puede cubrir el otro ojo. Si lo retira de esa forma, es porque el lente de contacto está en la parte blanca del ojo o ni siquiera está en el ojo. Para buscar el lente de contacto, mueve el ojo superior del ojo mientras hace aseo en el ojo mientras tira hacia arriba del párpado superior. A continuación, revise el área inferior para localizar el lente del párpado inferior.

1. Lavare bien las manos, enjuagadas y sécalas. Siga el método que le recomendó su profesional de la visión. Para su instrucción, se presenta un ejemplo de un método de extracción de palma.

Método de palmizo:

Paso 1. Mire hacia arriba y deslice el lente de contacto hacia abajo hasta la parte inferior del ojo utilizando el dedo índice.

Paso 2. Pinza suavemente el lente de contacto entre el dedo pulgar y el índice.

Paso 3. Retire el lente de contacto.

2. Siga las instrucciones de la siguiente sección, "Cuidado de los lentes de contacto".

NOTA: Para su salud ocular, es importante que el lente de contacto se pueda mover por el ojo. Si el lente de contacto se pega (deja de moverse) en su ojo, aplique unas gotas de la solución humectante recomendada. Espere hasta que el lente de contacto comience a moverse libremente en el ojo antes de retirarlo. Si el lente de contacto continúa sin moverse, debe consultar inmediatamente a su profesional de la visión.

CUIDADO DE SUS LENTES DE CONTACTO
Recuerde que no se necesita limpieza o desinfección de sus lentes de contacto desechables después de retirarlos para su uso único y reemplazo diario. Siempre desinfecte los lentes de contacto cuando se los remueva y tenga lentes de reemplazo o anteojos disponibles.

EMERGENCIAS: Si algún producto químico de cualquier tipo (productos químicos para el hogar, productos químicos para piscinas, productos químicos, etc.) entra en contacto con los ojos, ENJUAGUE LOS OJOS INMEDIATAMENTE CON AGUA DEL GRIFO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON SU PROFESIONAL DE LA VISIÓN O ACUDA A LA SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL.

6. NOTIFICACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS (Efectos secundarios)
Cualquier incidente experimentado mientras se llevan lentes de contacto de marca ACUVUE® debe notificarse al fabricante y/o su representante autorizado y/o su autoridad nacional.

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE CON PRESBICIA: La corrección visual a través de monovisión debe ser decidida entre el profesional de la visión y usted, después de la cuidadosa consideración y discusión de sus necesidades.

Fabricado por:
Consulte el empaque para ver el lugar de fabricación.

en USA: Johnson & Johnson Vision Care, Inc., 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, 32256, USA
en UK: Johnson & Johnson Vision Care Ltd, The Campus, 1 The Campus, The National Technology Park, Limerick, Ireland or Johnson & Johnson Vision Care (Ireland) The National Technology Park, Limerick, Ireland

CE 0344 AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus, Quarryvale, Co. Dublin, Ireland
www.acuvue.com

Fecha de revisión: 02/2024
VEVA # 2024;84902
VEVA # 2024;84190

En los etiquetes o cajas pueden aparecer los siguientes símbolos:

SÍMBOLO	DEFINICIÓN
	Precaución, Consulte las instrucciones de uso
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Utilizar antes de (fecha de caducidad)
LOT	Código de lote
	Esterilización mediante vapor
	No reutilizar (un solo uso)
	No usar si el envase está dañado
	Impuesto de gestión de residuos
	PRECAUCIÓN: La ley federal de los Estados Unidos solo autoriza la venta de este dispositivo a través de un facultativo autorizado o bajo prescripción de un profesional de la visión.
	Producto sanitario en la Comunidad Europea

	Indica un sistema único de barrera estéril
UV BLOCKER	Filtro ultravioleta
EC REP	Representante Autorizado en la Comunidad Europea
	Marcado europeo y número de identificación de organismo notificado
DIA	Diámetro
BC	Curva base
	Dioptría (potencia del lente de contacto)
	Orientación Correcta del lente de contacto
	Orientación Incorrecta del lente de contacto (Lente al revés)
	Apertura del envase (blister)
	Icono de apertura (Cartón)
	Contiene sustancias peligrosas

Lentes de Contacto
1-DAY ACUVUE® MOIST con LACREON®
(etafilcon A)

Para uso único y descarte diario. Con tinte de visibilidad y bloquea ultravioleta UV. Para la corrección óptica de miopía e hipermetropía, con o sin astigmatismo. Para una Solución salina isotónica sin preservantes. No se requiere limpieza con soluciones especiales de almacén. **Elaborado por: Johnson & Johnson Vision Care, Inc.** 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, EE.UU., 32256 y **Johnson & Johnson Vision Care Ireland LC** The National Technology Park, Limerick, Irlanda y **Johnson & Johnson Vision Care Ireland LC** Block B, Liffey Valley Office Campus, Dublin 22, Irlanda **hoy, en día: por JOHNSON & JOHNSON MEXICO, S.A.** Manuscrito 1729, CASA, MÉX. DIST. Fanrm. G. Núcleo R.G. AMANT. – PM-16-787. **JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.** Cra. 7 No. 156-68 Piso 3 Edificio Pontificia Bogotá, Colombia. Ip 11, Bogotá, COL. RIVIMA 1017/DM-0021/01-101. **OPTILAB PARAGUAY S.A.** Gral. José Eduvigis Díaz N°362 at Ayolas y Montevideo, Asunción, PRY Resp. Téc.: Q.F. Nancy Echeche. Reg. Prof. N° 7374. R.S. 20003-01 CNS. **Óptica Mishkel.** Bd. Murillet 350 D de la Embajada Americana, San José, CRI. **INSUMED Ins. S.A.** Hnos Pinzón 1-50 Of. 1-50 Cali, COL. **Ópticas Ver Bien.** Cra. 43 A No. 1-50 Sur Of. 1505-1506 (0172) 1505-2580 (0200). EMB-CE-2/0447. **JBS Z.A.** Juan Pueblan N° 3373, Máx. URY. 27 A. Beltlan Reyin. R.S. 49021. **Vesta Corporation S.A.** Calle Principal Col. Jardín, #5 contiguo al portón liberal Independiente, Managua. Nicaragua. R.S. 20003-01 CNS. **Ópticas Ver Bien.**
Contáctenos: Argentina: 0-800-444-0904 – contactenos.ar@jjvcanve.com – www.acuvue.com/es-ar / **Chile:** SE 23-284-0025/ – contactenos.cl@jjvcanve.com – www.acuvue.com/es-cl / **Colombia:** 01 800 518 4099 /01 – contactenos.co@jjvcanve.com – www.acuvue.com/es-co / **Costa Rica:** 800-507-2283 – contactenos.cr@jjvcanve.com – www.acuvue.com/es-cr / **El Salvador:** 800-6264 – contactenos.sv@jjvcanve.com – www.acuvue.com/es-sv / **Honduras:** RA-VISUS-AcuvueCCARe.jnj.com – www.acuvue.com/es-hn / **Nicaragua:** RA-VISUS-AcuvueCCARe.jnj.com / **Panamá Occidental:** RA-VISUS-AcuvueCCARe.jnj.com / **Paraguay:** 009-800-541-0148 – de Atención al Consumidor CDA: 1-800-372-2900 / **Paraguay:** 009-800-541-0148 – contactenos.py@jjvcanve.com – www.acuvue.com/es-py / **Perú:** 0800-50122 – contactenos.pe@jjvcanve.com – www.acuvue.com/es-pe / **Uruguay:** 000-413-598-4838 – contactenos.uy@jjvcanve.com – www.acuvue.com/es-uy

Instrucciones de uso
1-DAY ACUVUE® MOIST con LACREON®

LEA CUIDADOSAMENTE Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS. LOS LENTES DE CONTACTO DESECHABLES DIARIOS DE ACUVUE® MOIST SIEMPRE SERÁN SUS ADAPTADOS POR UN PROFESIONAL DE LA VISIÓN, PUEDA SIEMPRE LAS INDICACIONES DE SU PROFESIONAL DE LA VISIÓN Y LAS INSTRUCCIONES INCLUIDAS EN ESTE FOLLETO.

Nombre de la marca	Material	Solución de Envasado	Forma de Dos
1-DAY ACUVUE® MOIST con LACREON®	etafilcon A	Solución salina tamponada de borato con povidona.	1 día

En la Unión Europea, bonatina (ácido bórico y borato de sodio) se definen como sustancias CMR 1B en una concentración por encima de 0.1 % en peso y son seguros cuando el producto se emplea siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO y USO INDICADO
Los lentes de contacto 1-DAY ACUVUE® MOIST con LACREON® están indicados en el uso único y reemplazo diario para la corrección óptica de miopía e hipermetropía, con o sin astigmatismo, en personas con ojos sanos que tengan hasta 1.00 D de astigmatismo.

NO UTILICE LOS LENTES DE CONTACTO MIENTRAS DUERME.

Todos los lentes de contacto de marca ACUVUE® contienen un filtro ultravioleta UV para ayudar a proteger la córnea y el interior del ojo de la dañina radiación UV.

ADVERTENCIA: Los LENTES DE CONTACTO CON FILTRO ULTRAVIOLETA-UV no sustituyen a las gafas de protección contra los rayos ultravioleta, tales como las gafas de protección o gafas de sol que absorben los rayos ultravioleta, ya que no cubren suficientemente el ojo y la zona circundante. Como norma, se recomienda que siga utilizando anteojos de protección contra los rayos ultravioleta.

NOTA: La exposición prolongada a la radiación ultravioleta es uno de los factores de riesgo conocidos a los cataratas. La exposición es un efectivo por una serie de factores como las condiciones de entorno (la altitud, la geografía, el clima, etc.) y el comportamiento personal (el tiempo que pasa en el exterior, etc.). Los lentes de contacto con protección ultravioleta-UV ayudan a proteger la córnea y el interior del ojo de la dañina radiación ultravioleta. Sin embargo, no se han realizado estudios clínicos que demuestren que llevar lentes de contacto con protección ultravioleta-UV reduce el riesgo de desarrollar cataratas u otras afecciones oculares. Para obtener más información, consulte a su profesional de la visión.

Su profesional de la visión determinará su etiqueta de uso (cuanto tiempo usted debería utilizar los lentes de contacto cada día). Cuando se prescriben para uso único y reemplazo diario, los lentes de contacto deben ser descartados luego de ser removidos.

2. CONTRAINDICACIONES ¿Cuándo no se deben utilizar?)

Cuando usa lentes de contacto para corrección visual, **NO UTILICE** estos lentes de contacto si presenta alguna de las siguientes afecciones:
- Inflamación o infección en o alrededor de los ojos o los párpados.
- Alguna enfermedad, daño o anomalía en el ojo que afecte a la córnea, conjuntiva o párpados.
- Alguna condición diagnosticada previamente que haga incómodo el uso de lentes de contacto.
- Ojo seco severo.
- Sensibilidad corneal reducida (hipoestesia corneal).
- Alguna enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.
- Cualquier condición que no le suscriba ocular o los objetos circundantes que puedan ser indicadas o empeorar por el uso de los lentes de contacto o de soluciones de mantenimiento.
- Alguna infección corneal activa (un bacterias, hongos, protozoos o virus).
- Si sus ojos están rojos o irritados.
- Irritación del ojo causada por reacciones alérgicas a ingredientes de las soluciones de mantenimiento (es decir, gotas humectantes). Estas soluciones pueden contener sustancias químicas o conservantes (como mercurio, timerosal, etc.) a los que algunas personas pueden desarrollar una reacción alérgica.

3. ¿QUÉ PUEDE PASAR si lo que debe saber acerca del uso de lentes de contacto:
SE PUEDEN DESARROLLAR RAPIDAMENTE PROBLEMAS OCULARES INCLUIDOS ULCERAS CORNEALES Y OCASIONAR UNA PÉRDIDA DE VISIÓN. SI EXPERIMENTA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS:
- Incomodidad ocular.
- Ojos rojos.
- Cambios en la visión.
- Lagrimeo excesivo.
- Entrecerramiento ocular.
- Otros problemas oculares.

REMUEVA INMEDIATAMENTE LOS LENTES DE CONTACTO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL PROFESIONAL DE LA VISIÓN.
- Estos lentes de contacto están prescritos para uso único y reemplazo diario (el profesional de la visión indica se removerán al final del día).
- Los lentes de contacto no deben usarse durante más tiempo no deben usarse mientras duerme. Los estudios clínicos han demostrado que el riesgo de problemas oculares graves aumenta cuando se usan lentes de contacto durante la noche.
- Diversos estudios han demostrado que el riesgo de problemas oculares en personas que utilizan lentes de contacto es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores.
- Los problemas con los lentes de contacto o los productos para su cuidado pueden ocasionar lesiones oculares graves.
- El uso o cuidado adecuados de lentes de contacto y sus productos son esenciales para la seguridad de sus ojos.
- El riesgo general de problemas oculares serios puede reducirse si se siguen cuidadosamente las instrucciones para el uso y desecho de lentes de contacto. "New England Journal of Medicine, September 21, 1989; 321:773, pp. 773-783 Investigative Ophthalmology & Visual Science November 2010, Vol.51, No.11, pp. 5510-5519"

4. PRECAUCIONES
- **NUNCA** utilice pinzas u otras herramientas para sacar sus lentes de contacto del envase/blíster.
- Recuerde, comience la colocación siempre con el mismo ojo.
- Asegúrese siempre de que el lente de contacto esté en el ojo y de que lo ve claramente antes de comenzar la rutina de retirada.

Precauciones generales:
- Si usa sus lentes de contacto para corregir la presbicia es posible que no pueda conseguir la mejor agudeza visual corregida para la visión lejana o cercana. Las necesidades visuales varían para cada persona, por lo que su profesional de la visión debe trabajar con usted al seleccionar el tipo de lente de contacto más apropiado.
- Como con cualquier lente de contacto, las visitas de seguimiento son necesarias para asegurar la salud continua de sus ojos.
- Consulte a su profesional de la visión sobre el programa de seguimiento recomendado.

¿Cuándo debe saber que usted usa los lentes de contacto?:

Informe a todos sus médicos y al empleador sobre lo que implica ser usuario de lentes de contacto. Algunos trabajos pueden exigir el uso de un equipo de protección ocular o que usted no utilice lentes de contacto.

5. REACCIONES ADVERSAS (efectos secundarios) - Posibles problemas y cómo abordarlos.

Tenga en cuenta que pueden surgir problemas al usar lentes de contacto y que pueden estar asociados con uno o varios de los siguientes síntomas:
- Picor, ardor, pinchazos y/o sequedad en los ojos.
- Incomodidad o sensación de tener algo dentro del ojo.
- Hinchazón o inflamación dentro o alrededor de los ojos.
- Lagrimeo excesivo.
- Problemas en los párpados.
- Ojos llorosos y secreciones oculares inusuales.
- Mala visión, visión borrosa.
- Arco iris o halos alrededor de los objetos.
- Sensibilidad a la luz (fotofobia).

Si se presentan cualquiera de los síntomas anteriores, podría existir una afección ocular grave. **DEBE RETIRAR INMEDIATAMENTE LOS LENTES DE CONTACTO y visitar cuanto antes a su profesional de la visión**, para identificar y tratar el problema si fuera necesario para así evitar daños serios al ojo y la visión.

Reconocer problemas y ¿qué hacer?
Debe realizar un sencillo autoexamen en 3 pasos al menos una vez al día. Pregúntese lo siguiente:
- ¿Qué necesito hacer para producir los lentes de contacto?
- ¿Qué síntomas tengo ojos?
- ¿He notado algún cambio en mi visión?

Si observa algún problema, debe RENMOVERSE SU LENTE DE CONTACTO DE INMEDIATO. Si el problema o la incomodidad cesa, deseche el lente de contacto y póngase uno nuevo. Si el problema persiste, REMUEVA EL LENTE de contacto, el problema persiste, REMUEVA EL LENTE DE INMEDIATO Y CONSULTE A SU PROFESIONAL DE LA VISIÓN.

INSTRUCCIONES DE USO
Para su salud ocular, es importante que siga cuidadosamente las instrucciones para la manipulación, inserción, remoción y uso en este folleto, así como las indicadas por el profesional de la visión. Si no puede o no podrá seguir siempre los cuidados recomendados, no debe intentar usar lentes de contacto.

La primera vez que adquiera lentes de contacto, antes de obtenerlas la consulta del profesional de la visión, asegúrese de que es capaz de colocarse y quitarse los lentes de contacto (o que cuenta con alguien que pueda hacerlo por usted).

Paso 1: ¿Cómo comenzar?

Es esencial que aprenda y aplique una buena higiene en el cuidado y manejo de sus nuevos lentes. La limpieza es el primer y más importante aspecto del cuidado correcto de los lentes de contacto. En particular, las manos deben estar limpias, secas y sin jabones, lociones o cremas antes de manipular sus lentes.

Antes de empezar:
- **Lleve siempre** las manos a fondo con un jabón suave, enjuague completamente y séquelas con una toalla limpia que no deje pelusas antes de manipular sus lentes de contacto.
- Debe evitar el uso de jabones que contengan cremas de limpieza, lociones o cosméticos antes de manipular sus lentes de contacto. Estas sustancias pueden entrar en contacto con los lentes de contacto e interferir con su uso seguro. Aplique siempre sus lentes de contacto antes de maquillarse.

Paso 2: Apertura del envase

Confirme siempre que los parámetros del lente de contacto (por ejemplo, diámetro (DIA), curva base (BC), potencia del lente de contacto (D), etc.) impresos en la caja y en el envase/blíster del lente de contacto individual coincidan con su prescripción. NO usar si hay alguna discordancia.

Envase múltiple sEquiti
Cada caja contiene lentes de contacto envasados individualmente. Cada lente de contacto viene en su propio envase/blíster, diseñado específicamente para mantener la esterilidad mientras está cerrado.

Envase/Blíster de lentes de contacto
1. Retire el envase/blíster de un lente de contacto individual, siga estos sencillos pasos:
1. Agite el envase/blíster de los lentes de contacto y compruebe que el lente de contacto está flotando en la solución.
2. Retire la solapa con cuidado para acceder al lente de contacto.
3. Pinza un dedo en el lente de contacto y deslícelo hacia arriba por el lado de la cavidad del envase/blíster de lentes de contacto hasta removerlo mediante del contenedor.

NUNCA utilice pinzas u otras herramientas para sacar los lentes de contacto de su envase/blíster. A veces, es posible que un lente de contacto se pegue al interior de la solapa al abrirla o al propio envase/blíster de plástico. Esto no afectará a la esterilidad del lente de contacto. Se puede utilizar todavía con perfecta seguridad. Retire el lente de contacto con cuidado e inspeccionelo siguiendo las instrucciones de manipulación.

Consejos para el manejo de los lentes de contacto
- Manipule los lentes de contacto con cuidado, con la punta de los dedos, y tenga cuidado para evitar tocarlos con las uñas. Es útil mantener las uñas cortas y limpias.
- Habitúese a trabajar siempre con los lentes de contacto en el mismo orden para evitar confusiones.
- Cuando haya retirado los lentes de contacto del envase/blíster, verifique que sea un solo lente de contacto húmedo y limpio y que esté libre de restos o desgarros. Si el lente de contacto parece dañado, NO lo utilice.

Paso 3: Colocación del lente de contacto en el ojo
Recuerde, siempre comenzar con el mismo ojo.
Una vez que haya abierto, extraído, y examinado los lentes de contacto del envase/blíster, siga estos pasos para colocarlos en sus ojos:

1. ASEGÚRESE DE QUE EL LENTE DE CONTACTO NO ESTÉ AL REVÉS mediante una de los siguientes procedimientos:

- Coloque el lente de contacto en la punta del dedo índice y examine su perfil. Si el lente de contacto tiene forma de taza, no está al revés y está listo para ser colocado. Si los bordes del lente de contacto tienden a aplastar hacia fuera, el lente de contacto está del revés.
- Pince suavemente el lente de contacto entre el dedo pulgar y el índice. Los bordes deben inclinarse hacia dentro. Si el lente de contacto está del revés, los bordes se inclinarán ligeramente hacia fuera.

- Coloque el lente de contacto en la punta del dedo índice y, mirando al lente de contacto, busque los números 1-2-3. 1-2-3 indica la orientación correcta; mientras que 1-2-3 invertidos indica que el lente de contacto está del revés. Si el lente de contacto está del revés (1-2-3 invertidos), vuelve el lente de contacto y busque de nuevo los números para confirmar que la orientación del lente de contacto es la correcta.
- Si el lente de contacto está en el dedo índice, utilice la otra mano para sujetar el párpado superior para evitar el parpadeo.
3. Bajo el párpado inferior con los demás dedos de la misma mano con la que va a colocar/colocó/invertido.
4. Mire hacia el techo y coloque suavemente el lente de contacto en el blanco del ojo, justo por encima del iris.
5. Suelte lentamente el párpado y cierre el ojo un momento.
6. Parpadee varias veces para centrar el lente de contacto.
7. Use la misma técnica cuando coloque el lente de contacto en el otro ojo

Hay otros métodos para la colocación de los lentes de contacto. Si el método antes expuesto le resulta difícil, su profesional de la visión puede proporcionarle una alternativa.

Paso 4: Comprobación de los lentes de contacto
Cuando se haya aplicado correctamente los lentes de contacto, pregúntese:
- ¿Veo bien?
- ¿Qué sensación me producen los lentes de contacto?
- ¿Qué aspecto tienen mis ojos?

Si después de colocarse los lentes de contacto, su visión es borrosa, compruebe lo siguiente:
- El lente de contacto no está centrado en el ojo (consulte "Paso 5: Centrado del lente de contacto", más adelante en este folleto).
Si el lente de contacto está centrado, retírelo (consulte "Retirada de los lentes de contacto") y compruebe lo siguiente:
- El lente de contacto no es el lente de contacto. Deseche el lente de contacto y coloque uno nuevo.
- El lente de contacto se encuentra en el ojo equivocado.
- El lente de contacto se encuentra al revés (tampoco se sentirá cómodo como de costumbre). Vea el Paso 3: Colocación del lente de contacto en el ojo".

Si la visión sigue siendo borrosa después de verificar las posibilidades, retírese los lentes de contacto y consulte con su profesional de la visión.
Nota: Si un lente de contacto resulta claramente incómodo al aplicarlo o se vuelve menos cómodo que cuando se colocó por primera vez, retírelo inmediatamente (consulte "Retirada de los lentes de contacto"). Si el examen de ojos, ojos y los lentes de contacto muestra cualquier otro problema, RETIRE INMEDIATAMENTE LOS LENTES DE CONTACTO Y CONSULTE A SU PROFESIONAL DE LA VISIÓN.

Paso 5: Centrado del lente de contacto
Un lente de contacto que está sobre la córnea (parte central del ojo), muy probablemente le proporcionará una visión clara y cómoda. Si el lente de contacto no elige que puede ocurrir de la colocación o la retirada no se realizan correctamente. Para centrar un lente de contacto, siga cualquiera de estos procedimientos:

PANEL 2 PANEL 3 PANEL 4 PANEL 5 PANEL 6 PANEL 7 PANEL 8 PANEL 9 PANEL 10 PANEL 11 PANEL 12 PANEL 13 PANEL 14 PANEL 15