OVERALL SIZE: 26.534″ WIDE X 1.811″ HIGH

26.534″

FOLD 1 | FOLD 2 | FOLD 3 | FOLD 4

1.860″ | 1.923″ | 1.923″ | 1.860″ | 1.860″ | 1.923″ | 1.829″ | 1.829″ | 1.923″ | 1.860″ | 1.860″ | 1.923″ | 1.923″ | 2.0325″

1.811″

- **Evite** todos los humos y vapores nocivos e irritantes mientras lleve puestos los lentes de contacto.
- Si experimenta molestias de contacto con agua corriente del grifo, El agua corriente contiene muchas impurezas que pueden contaminar o dañar los lentes de contacto y provocar una infección o lesión ocular.

Actividad asaltica

- No exponga los lentes de contacto al agua mientras los utilice.

ADVERTENCIA:
El agua puede contener microorganismos que pueden provocar una infección ocular grave de origen raro, difícil de tratar y que, en casos extremos, han sumergido en agua al realizar deportes acuáticos o al nadar en piscinas, jacuzzis, lagos y el mar, debe desecharlos y reemplazarlos por un par nuevo. Póngase en contacto con su profesional de la visión para obtener recomendaciones en relación con el uso de lentes de contacto cuando se realice cualquier actividad que implique contacto con el agua.

Soluciones lubricantes o humectantes

- Si experimenta sequedad, se puede recomendar una solución lubricante o humectante. Estas soluciones pueden utilizarse para humedecer los lentes de contacto secos o irritados.
- No utilice saliva ni nada que no sean las soluciones recomendadas para lubricar o refrescar sus lentes de contacto. No ponga los lentes de contacto en su boca.

Uso compartido de los lentes de contacto

- **Nunca** permita que nadie más utilice sus lentes de contacto. Compartir lentes de contacto aumenta en gran medida la probabilidad de infección.

Respete la forma de uso y frecuencia de reemplazo prescritos

- Siguiendo el régimen de lentes de contacto más barato del recomendado por su profesional de la visión.
- **Deseche siempre** los lentes de contacto usados según le recomiendo por su profesional de la visión.
- Todo producto no utilizado o material de desecho debe desecharse de conformidad con los requisitos locales.

RETIRADA DE LOS LENTES DE CONTACTO
Pasos 1. Lávese las manos antes de tocar el lente de contacto esté en la cámara (centro del ojo) antes de intentar retirarlo/removerlo. Para determinar si es así, cubra el otro ojo. Si la visión es borrosa, es porque el lente de contacto está en la parte blanca del ojo o ni siquiera está en el ojo. Para buscar el lente de contacto, revise el área superior del ojo mirando hacia abajo en un espejo mientras tira hacia arriba del párpado superior. A continuación, revise el área inferior tirando hacia abajo del párpado inferior.
Pasos 2. Pince suavemente el lente de contacto entre el dedo índice y el índice.
Pasos 3. Retire el lente de contacto.
NOTA: Para su salud ocular, es importante que el lente de contacto se quede en el ojo. Si tiene dificultades para retirar el lente de contacto, puede aplicar unas gotas de la solución humectante recomendada. Espere hasta que el lente de contacto comience a moverse libremente en el ojo antes de retirarlo. Si después de varios intentos no sigue sin moverse, debe consultar inmediatamente a su profesional de la visión.

CUIDADO DE SUS LENTES DE CONTACTO
Recuerde que no se recomienda limpiar o desinfectar de sus lentes de contacto, cuando estén prescriptos para un uso único y reemplazo diario. Siempre deseche los lentes de contacto cuando se los remueva y tenga lentes de contacto limpios disponibles.

EMERGENCIAS
Si sigue probando químico de cualquier tipo (productos domésticos, soluciones de limpieza, productos químicos de laboratorio, etc.) en sus lentes de contacto, inmediatamente enjuague sus lentes de contacto en AGUA DEL GRIFO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON SU PROFESIONAL DE LA VISIÓN O ACUDA A LA SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL.

6. NOTIFICACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS (Efectos secundarios)
Cualquier incidente experimentado mientras se llevan lentes de contacto de marca ACUVUE® debe notificarse al fabricante y/o su representante autorizado y/ o su autoridad nacional.

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE CON PRESBICIA: La corrección visual a través de monovisión debe ser decidida entre el profesional de la visión y usted, después de la cuidadosa consideración y discusión de sus necesidades.

Fabricado por:
Consulte el empaque para ver el lugar de fabricación.

USA: Johnson & Johnson Vision Care, Inc.
1000 Bridgeport Avenue, Shelton, CT 06484, USA.
IRELAND: Johnson & Johnson Vision Care Ireland DC, The National Technology Park, Limerick. Ireland ó Johnson & Johnson Vision Care (Ireland) The National Technology Park, Limerick, Irlanda

EC REP: AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus, Quarryvale, Co. Dublin, Ireland
www.acuvue.com

Fecha de revisión: 12/2014
VEEVA # 2020LB4947

VEEVA # 2020LB4947

En los etiquetes o cajas pueden aparecer los siguientes símbolos:

SÍMBOLO	DEFINICIÓN
⚠ ☞	Precaución. Consulte las instrucciones de uso
	Fabricante
CE	Mercado europeo y número de identificación de organismo notificado
REF/REFERENCE	Lentes de contacto para ACUVUE®/ACUVUE®
CONTACT LENS	Lentes de contacto
DIA	Diámetro
BC	Curva base
D	Dioptrías (potencia del lente de contacto)
AXIS	Eje
CYL	Cilíndrico
	Orientación Correcta del lente de contacto
	Orientación Incorrecta del lente de contacto (Lente al revés)

LOT	Apertura del envase (blister)
STERILE EO	Lote de apertura (Cantón)
	Contiene sustancias peligrosas

Lentes de Contacto:
ACUVUE® OASYS 1-DAY con Hydraclear™ para ASTIGMATISMO
(senofilcon A)

Para uso único y reemplazo diario. Con tinte de visibilidad y bloqueo ultravioleta-UV. Los lentes de contacto esféricos de marca ACUVUE® contienen un filtro UV-351, y son una solución sáltica transparente de tinte con dos matices. Los lentes requieren condiciones especiales de almacén. **Elaborado por: Johnson & Johnson Vision Care, Inc.** 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, E.U.A., 32256 ó **Johnson & Johnson Vision Care Ireland UC** The National Technology Park, Limerick, Irlanda ó **Johnson & Johnson Vision Care (Ireland)** The National Technology Park, Limerick, Irlanda ó **Ireq, y/o dist. por: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL, S.A.** Ctra. Sant Cugat-Rubí, Km. 18,200 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) TA-700, **JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S** Av. Calle 26 #59-710 Edificio Elements, Torre 2 piso 3 al 11, Bogotá, COL, (NRSNA 2010MOM-0019219). **OFTALM PARAGUAY S.A.**, Gral. José Eduvigis Díaz N°863 ó Aurelio y Montevideo, Asunción, PRY (Nego. Tec.: QJ2, Nancy Estecho, Reg. Prof. N°1014, R.S. 80010010-001). **JMI S.A.** Juan Paulino N° 2372, Moto, LPY, DT. A, Benítez Nuyn, B.A. (C1429CNF).
Venta bajo receta de un prof. de la visión / uso bajo prescrip.
Dr. Prof. de la Salud. # R.D. y datos de importadores y distribuidores dentro del instructivo; SAP # 20401329

PANEL 16 | PANEL 17 | PANEL 18 | PANEL 19 | PANEL 20 | PANEL 21 | PANEL 22 | PANEL 23 | PANEL 24 | PANEL 25 | PANEL 26 | PANEL 27 | PANEL 28

26.534″

2.0325″ | 1.923″ | 1.923″ | 1.860″ | 1.860″ | 1.923″ | 1.829″ | 1.829″ | 1.923″ | 1.860″ | 1.860″ | 1.923″ | 1.923″ | 1.860″

Johnson & Johnson de Chile S.A. Cerro Colorado #5240 Piso 9, Torre I, Las Condes, Santiago, Chile.

Contáctenos: Argentina: 0-800-444-0804 – contactenos.ar@acuvue.com – www.acuvue.com.ar/ **Chile**: 56 25-284-0001 – contactenos.cl@ctac.com – www.acuvue.com/es-cl/ **Colombia**: 01-800-518-4646 – contactenos.co@acuvue.com – www.acuvue.com/es-co/ **Uruguay**: 000-930-441-0148 – contactenos.pe@acuvue.com – www.acuvue.com/es-py / **Perú**: 0800-50722 – contactenos.pe@acuvue.com – www.acuvue.com/es-pe / **Uruguay**: 000-413-598-4658 – contactenos.uy@acuvue.com www.acuvue.com/es-uy

Instrucciones de uso
ACUVUE® OASYS 1-DAY con HydraLuxe™ para ASTIGMATISMO

LEA CUIDADOSAMENTE Y CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS. LOS LENTES DE CONTACTO ACUVUE® SON PRODUCTOS SANITARIOS Y DEBEMPE DEBEN SER ADAPTADOS POR UN PROFESIONAL DEL CUIDADO DE LA VISIÓN. SIGA SIEMPRE LAS INDICACIONES DE SU PROFESIONAL DE LA VISIÓN Y LAS INSTRUCCIONES INCLUIDAS EN ESTE FOLLETO.

Nombre de la marca	Material	Solución de Enzimado	Forma de Dos
ACUVUE® OASYS 1-DAY con HydraLuxe™ para ASTIGMATISMO	senofilcon A	Solución salina tamponada de borato con dar melítico de celulosa	1 día

En la Unión Europea, los bordes (ácido bórico y borato de sodio) se definen como sustancias CMR 1B en una concentración por encima de 0.1 % en peso y son aquellos que contiene el producto se emplea siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

1.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO y USO INDICADO
Los lentes de contacto ACUVUE® OASYS 1-DAY con HydraLuxe™ para ASTIGMATISMO están indicados en el uso único y reemplazo diario para la corrección óptica de errores refractivos, miopía e hipermetropía, en personas con ojos sanos que tengan hasta 3.25 D de astigmatismo.

NO UTILICE LOS LENTES DE CONTACTO ACUVUE® DURANTE:

Todos los lentes de contacto de marca ACUVUE® contienen un filtro ultravioleta-UV acuda a proteger la córnea y el interior del ojo de la dañina radiación ultravioleta.

ADVERTENCIA: Las LENTES DE CONTACTO CON FILTRO UV,TRANSMITE-UV no sustituyen a los anteojos de protección contra los rayos ultravioleta. Sólo como tal las gafas de protección o gafas de sol que absorben los rayos ultravioleta, ya que no cubren completamente el ojo y la zona circundante. Como norma, se recomienda que siga utilizando anteojos de protección contra los rayos ultravioleta.

NOTA: La exposición prolongada a la radiación ultravioleta es uno de los factores de riesgo asociados a las cataratas. Lo exposición se ve afectada por una serie de factores como las condiciones del entorno (la altitud, la geografía, la nebulosidad) y los factores personales (albinos y naturales de piel clara, ocupación, etc.). Los lentes de contacto con filtro de absorción ultravioleta-UV ayudan a proteger la córnea y el interior del ojo de la dañina radiación ultravioleta. Sin embargo, no se han realizado estudios clínicos que demuestren que llevar lentes de contacto con protección ultravioleta-UV reduzca el riesgo de desarrollar cataratas u otras afecciones oculares. Para obtener más información, consulte a su profesional de la visión.

Su profesional de la visión determinará su etapamo de uso (cuanto tiempo usted debería utilizar los lentes de contacto cada día). Cuando se prescriben para uso único y reemplazo diario, los lentes de contacto deben ser descartados luego de ser removidos.

2. CONTRAINDICACIONES ¿Cuándo no se deben utilizar?
Cuando usa lentes de contacto para corrección visual, **NO UTILICE** estos lentes de contacto si presenta alguna de las siguientes afecciones:
- Inflamación o infección en o alrededor de los ojos o los párpados.
- Alguna enfermedad, lesión o anomalía en el ojo que afecte a la córnea, conjuntiva o párpados.
- Alguna condición diagnosticada previamente que haga incómodo el uso de lentes de contacto.
- Ojo seco grave.
- Sensibilidad corneal reducida (hipoestesia corneal).
- Alguna enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.
- Cualquier anomalía en la superficie ocular o los párpados circundantes que puedan ser inducidas o empeorar por el uso de los lentes de contacto o de soluciones de mantenimiento.
- Alguna infección corneal active (por bacterias, hongos, protozoos o virus).
- Si sufre ojos rojos o irritados.
- Irritación del ojo causada por reacciones alérgicas a ingredientes de las soluciones de mantenimiento (ej. decir, gotas humectantes). Estas reacciones alérgicas pueden ocasionarse por sustancias químicas (como mercurio, timerosal, etc.) o bien que algunas personas pueden desarrollar una respuesta alérgica.

3. ADVERTENCIAS – Lo que debe saber acerca del uso de lentes de contacto
SE PUEDEN DESARROLLAR RAPIDAMENTE PROBLEMAS OCULARES, INCLUIDAS ULCERAS CORNEALES Y OCASIONAR UNA PÉRDIDA DE VISIÓN, DEPENDIENDO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS:
- Dolor en los ojos.
- Pérdida de visión.
- Ojos rojos o irritados.
- Lagrimeo excesivo.
- Entrecerramiento ocular.
- Otros problemas oculares.

REMUEVA INMEDIATAMENTE LOS LENTES DE CONTACTO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON SU PROFESIONAL DE LA VISIÓN SI:
- Tiene dolor de cabeza o dolor de ojos.
- Cada día, el profesional de la visión indica su renuevo al final del día.
- Cualquier pérdida de uso único y reemplazo diario no deben usarse mientras dure. Los estudios clínicos han demostrado que el riesgo de problemas oculares graves aumenta cuando se usan lentes de contacto durante la noche.
- Diversos estudios han demostrado que el riesgo de problemas oculares en personas que utilizan lentes de contacto es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores.
- Los problemas con lentes de contacto o los productos para su cuidado pueden ocasionar lesiones oculares graves.
- El uso y cuidado adecuados de lentes de contacto y sus productos son esenciales para el uso seguro de estos productos.
- El riesgo general de problemas oculares serios puede reducirse si se siguen cuidadosamente las instrucciones para el uso y desecho de lentes de contacto.

"New England Journal of Medicine, September 21, 1989; 321:773, pp. 773-783 "Ocular Complications Associated with Soft Contact Lens Wear" Vol21, 3420-5420

4. PRECAUCIONES
- **NUNCA** utilice pinzas u otras herramientas para sacar sus lentes de contacto del envase/blister.
- Recuerde, comience la colocación siempre con el mismo ojo.
- Asegúrese siempre de que el lente de contacto esté en el ojo y de que no se cayó/rasgó antes de comenzar la técnica de retirada.

Precauciones generales:
- Si el lente de contacto para corregir la presbicia es posible que no pueda corregir la mejor agudeza visual corregida para la visión lejana o cercana. Las necesidades visuales varían para cada persona, por lo que su profesional de la visión debe trabajar con usted al seleccionar el tipo de lente de contacto más apropiado.
- Su profesional de la visión puede indicar al paciente que se remueva los lentes de contacto inmediatamente si los ojos se enrojecen o irritan.
- Póngase siempre en contacto con su profesional de la visión antes del uso de cualquier medicamento para los ojos.
- Tenga en cuenta que ciertos medicamentos, tales como antihistamínicos, descongestionantes, diuréticos, relajantes musculares, tranquilizantes y los fotosensibles que provocan el manos, pueden causar sequedad ocular, mayor sensación de llevar lentes de contacto (sensación del lente de contacto en el ojo) o visión borrosa. Informe siempre a su profesional de la visión si tiene algún problema con sus lentes de contacto mientras toma estos medicamentos.
- Tenga en cuenta que ciertos anticoncepticios orales (píldoras anticoncepticias), podría desarrollar cambios en la visión o en la comodidad al usar lentes de contacto.
- Si cambia de lentes de contacto (por ejemplo, nombre de la marca, etc.) o los parámetros (por ejemplo, diámetro, curva base, potencia del lente de contacto, etc.) sin consultar a su profesional de la visión.
- Tenga siempre un par de gafas funcionales con una graduación adecuada disponibles en caso de que sea necesario que deje de usar lentes de contacto temporalmente o bien en caso de que las circunstancias en los que no desaconseja el uso de lentes de contacto.
- Como con cualquier lente de contacto, las visitas de seguimiento son necesarias para asegurar la salud continua de sus ojos.
- Consulte a su profesional de la visión sobre el programa de seguimiento recomendado.

¿Quién debe saber que usted usa de lentes de contacto?:
Informe a todos los médicos y al empleador sobre lo que implica ser usuario de lentes de contacto. Algunos trabajos pueden exigir el uso de un equipo de protección ocular o que usted no utilice lentes de contacto.

5. REACCIONES ADVERSAS (efectos secundarios) – Posibles problemas y cómo abordarlos
Tenga en cuenta que pueden surgir problemas al usar lentes de contacto y que pueden estar asociados con uno o varios de los siguientes síntomas:
- Dolor de ojos, enrojecimiento, irritación ocular.
- Anormalidad o sensación de tener algo dentro del ojo.
- Hinchazón o inflamación dentro o alrededor de los ojos.
- Secreción ocular.
- Problemas en los párpados.
- Ojos fibrosos y secreciones oculares mucosas.
- Ojos secos, ardor o picor.
- Acre ora o halos alrededor de los objetos.
- Sensibilidad a la luz (fotofobia).

Si se presentara cualquiera de los síntomas anteriores, podría existir una afección ocular grave. **DEBE RETIRAR INMEDIATAMENTE LOS LENTES DE CONTACTO y PÓNGASE EN CONTACTO CON su profesional de la visión** para identificar y tratar el problema si fuera necesario para así evitar daños serios al ojo y la vista.

Reconocer problemas y ¿qué hacer?
Debe realizar un sencillo autoexamen en 3 pasos al menos una vez al día. Pregúntese lo siguiente:

¿Qué sensación me producen los lentes de contacto?
- ¿Ve claro?
- ¿Me siento algún síntoma en los ojos?

Si ADVIERTE algún problema, debe quitarse SU LENTE DE CONTACTO DE INMEDIATO y ponerse en contacto con la profesional ocular, desechar el lente de contacto y colocar uno nuevo en el ojo. Si, después de insertar el nuevo lente de contacto, el problema persiste, REMUEVA EL LENTE DE INMEDIATO Y CONSULTA A SU PROFESIONAL DE LA VISIÓN.

INSTRUCCIONES DE USO
Para un solo ocular, es importante que siga cuidadosamente las instrucciones para la manipulación, inserción, remoción y uso en este folleto, así como las indicadas por el profesional de la visión. Si no puede o no podrá seguir siempre las cuidados recomendados, no debe intentar usar lentes de contacto.

La primera vez que adquiera lentes de contacto, antes de abandonar la consulta del profesional de la visión, asegúrese de que es capaz de retirar/remover/insertar lentes de contacto y que cuenta con alguien que pueda hacerlo por usted.

Pasa 1: ¿Cómo comenzar?
Es esencial que aprenda y aplique una buena higiene en el cuidado y manejo de sus nuevos lentes. La limpieza es el primer y más importante aspecto del cuidado correcto de los lentes de contacto. En particular, las manos deben estar limpias, secas y sin jabones, lociones o cremas antes de manipular sus lentes.

Antes de empezar:
- **Lávese siempre** las manos a fondo con un jabón suave, enjuáguse completamente y séquelas con una toalla limpia que no deje pelusas (ej. de manipular sus lentes de contacto.
- Evite el uso de jabones con aceites, aceites cremas de limpieza, lociones o cosméticos antes de manipular sus lentes de contacto. Estas sustancias pueden entrar en contacto con los lentes de contacto e interferir en su uso correcto. Es mejor colocarse los lentes de contacto antes de maquillarse.

Paso 2:Preparación del envase
Confirme siempre que los parámetros del lente de contacto (por ejemplo, diámetro (DIA), curva base (BC), potencia del lente de contacto (D), etc.) impresos en la caja y en el envase/blister del lente de contacto individual concuerdan con su prescripción, NO usar si hay alguna discrepancia.

Envase múltiple (Caja)
Cada caja contiene lentes de contacto envasados individualmente. Cada lente de contacto viene en su propio envase/blister, diseñados específicamente para mantener la esterilidad mientras está cerrado.

Envase/Blister de lentes de contacto
Para abrir un envase/blister de un lente de contacto individual, siga estos pasos cuidadosos:
1. Agite el envase/blister de los lentes de contacto y compruebe que el lente de contacto está flotando en la solución.
2. Retire la solapa con cuidado para acceder al lente de contacto.

3. Ponga un dedo en el lente de contacto y deslícelo hacia arriba por el lado de la cavidad del envase/blister de lentes de contacto hasta removerlo/retirarlo del contenedor.

NUNCA utilice pinzas u otras herramientas para sacar los lentes de contacto de su envase/blister. A veces, es posible que un lente de contacto se pegue al interior de la solapa al abrirlo o al propio envase/blister de plástico. Esto no afecta a la esterilidad del lente de contacto. Si ocurriera, coloque nuevamente con perfecta seguridad, fijeme el lente de contacto con cuidado y inspeccíonelo siguiendo las instrucciones de manipulación.

Consejos para el manejo de los lentes de contacto
- Manipule los lentes de contacto con cuidado, con la punta de los dedos, y tenga cuidado para evitar tocarlos con las uñas. Es útil mantener las uñas cortas y limadas.
- Manipule siempre cuidadosamente los lentes de contacto en el mismo orden para evitar confusiones.
- Cuando haya retirado los lentes de contacto del envase/blister, verifique que sea un solo lente de contacto humedo y limpio y que está libre de mellas o desgarros. Si el lente de contacto parece dañado, NO lo utilice.

Paso 3: Colocación del lente de contacto en el ojo
Recuerde, siempre comenzar con el mismo ojo.
Una vez que haya abierto, extraído y inspeccionado los lentes de contacto del envase/blister, siga estos pasos para colocarlos en sus ojos:

1. ASEGÚRESE DE QUE EL LENTE DE CONTACTO NO ESTÉ AL REVÉS mediante una de los siguientes procedimientos:
   - Colóquese el lente de contacto en la punta del dedo índice y examine su perfil. El lente de contacto debe adoptar una forma natural, curvada, similar a la de un cuenco. Si los bordes del lente de contacto tienden a ajustar hacia fuera, el lente de contacto está del revés.
   - Pince suavemente el lente de contacto entre el dedo pulgar y el índice. Los bordes deben indicarse hacia dentro. Si el lente de contacto está del revés, los bordes se indicarán hacia fuera.
   - Coloque el lente de contacto en la punta del dedo índice y, revisando el lente de contacto, busque los numeros 1-2-3. 1-2-3 indica la orientación correcta, mientras que 1-2-3 invertidos indica que el lente de contacto está del revés. Si el lente de contacto está del revés (1-2-3 invertidos), vuelve el lente de contacto y busque de nuevo los numeros para confirmar que la orientación del lente de contacto en la correcta.
2. Con el lente de contacto en su dedo índice, utilice la otra mano para separar el párpado superior del párpado inferior.
3. Bajé el párpado inferior con los dedos índice de la misma mano con lo que se a colocado/insertado.
4. Mire hacia el techo y colóquse suavemente el lente de contacto en el blanco de la parte inferior del ojo.
5. Suelte lentamente el párpado y cierre el ojo un momento.

6. Parpadee varias veces para centrar el lente de contacto.
7. Con la misma técnica (cuando colóque el lente de contacto en el otro ojo. Hay otros métodos para la colocación de los lentes de contacto. Si el método antes expuesto le resulta difícil, su profesional de la visión puede proporcionarle una alternativa.

Paso 4: Comprobación de los lentes de contacto
Si ha colocado/insertado correctamente los lentes de contacto, pregúntese:
- ¿Veo bien?
- ¿Qué sensación me producen los lentes de contacto?

Si ADVIERTE algún problema:
Si, después de colocarse los lentes de contacto, su visión es borrosa, compruebe lo siguiente:
- El lente de contacto no está centrado en el ojo (consulte "Paso 5: Centrado del lente de contacto", más adelante en este folleto).
Si ADVIERTE algún problema, consulte "Retirada de los lentes de contacto" y comprueba lo siguiente:
- Cosméticos o aceites sobre el lente de contacto. Deseche el lente de contacto y colóque uno nuevo.
- El lente de contacto se encuentra en el ojo equivocado.

Si, después de haber comprobado lo anterior, no sabe cómo centrarlo cómodo como de costumbre, Vea el Paso 5: Colocación del lente de contacto en el ojo".
Si advierte que su visión aun es borrosa después de verificar las posibilidades anteriores, retire los lentes de contacto y consulte a su profesional de la visión.
Nota: Si un lente de contacto resulta ligeramente incómodo al aplicarlo o se vuelve menos cómodo que cuando lo utilizó por primera vez, remuévalo inmediatamente y póngase en contacto con su profesional de la visión. Si al examen de sus ojos y los lentes de contacto muestra cualquier otro problema, RETIRE INMEDIATAMENTE LOS LENTES DE CONTACTO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL PROFESIONAL DE LA VISIÓN.

Paso 5: Centrado del lente de contacto
Si el lente de contacto está centrado, la córnea (parte central del ojo), mas claramente se mueve a la parte blanca del ojo durante su uso. No obstante, es algo que puede ocurrir si la colocación y la retirada no se realizan correctamente. Para centrar un lente de contacto, siga cualquiera de estos procedimientos:
- Parpadee los párpados y mosquee suavemente el lente de contacto a través del párpado cerrado y gírelo hasta su lugar.
- Dirija suavemente el lente de contacto descentrado hasta la córnea (centro del ojo) mientras tiene el ojo abierto, aplicando presión con el dedo sobre el borde del párpado superior o inferior.

USO DEL LENTE DE CONTACTO
Tenga en cuenta las siguientes precauciones importantes mientras lleve puestos los lentes de contacto:
Condiciones peligrosas
- Si utiliza productos en aerosol (spray), como la laca para el cabello, mientras usa lentes de contacto, mantenga los ojos cerrados hasta que el spray se haya asentado.

PANEL 2 | PANEL 3 | PANEL 4 | PANEL 5 | PANEL 7 | PANEL 8 | PANEL 9 | PANEL 10 | PANEL 11 | PANEL 12 | PANEL 13 | PANEL 14 | PANEL 15