OVERALL SIZE: 26.534" WIDE X 1.811" HIGH

26.534"

FOLD 1 | FOLD 2 | FOLD 3 | FOLD 4

1.860" | 1.923" | 1.923" | 1.860" | 1.860" | 1.923" | 1.829" | 1.829" | 1.923" | 1.860" | 1.860" | 1.923" | 1.923" | 2.0325"

1.811"

Paso 2: Colocación del lente de contacto en el ojo
Recuerde, empiece siempre con el mismo ojo.
1. Retire el lente de contacto de la palma de la mano. Inspeccione los lentes de contacto del envase/blíster, siga estos pasos para colocarlos en sus ojos:

1. ASEGÚRESE DE QUE EL LENTE DE CONTACTO NO ESTÉ AL REVÉS mediante uno de los siguientes procedimientos:
• Coloque el lente de contacto en la punta del dedo índice y examine su perfil. El lente de contacto debe adoptar una forma natural, curvada, similar a la de un cuenco. Si los bordes del lente de contacto tienden a apuntar hacia fuera, el lente de contacto está al revés.
• Pinze suavemente el lente de contacto entre el dedo índice y el índice. Los bordes deben reclinarse hacia dentro. Si el lente de contacto está del revés, los bordes tienden a apuntar hacia fuera (Fig. 1).
• Coloque el lente de contacto en la punta del dedo índice y, mirando al lente de contacto, busque los números 1-2-3. 1-2-3 indica la orientación correcta del lente de los bordes (Fig. 2). Si los números no son legibles, el lente del revés. Si el lente de contacto está del revés (1-2-3 invertidos), voltee el lente de contacto y busque de nuevo los números para confirmar que la orientación del lente de contacto es la correcta.
2. Con el lente de contacto en su dedo índice, utilice la otra mano para retirar cualquier lente de contacto que pueda estar pegado.
3. Baje el párpado inferior con los dedos medio de la misma mano con la que va a colocar/insertar/aplicar.
4. Mire hacia el techo y coloque suavemente el lente de contacto en el blanco de la parte inferior del ojo.
5. Suelte lentamente el párpado y cierre el ojo un momento.
6. Parpadee varias veces para centrar el lente de contacto.
7. Use la misma técnica cuando coloque el lente de contacto en el otro ojo.

Hay otros métodos para la colocación de los lentes de contacto. Si el método antes expuesto le resulta difícil, su profesional de la visión puede proporcionarle una alternativa.

Paso 4: Comprobación de los lentes de contacto
Cuando se haya aplicado correctamente los lentes de contacto, pregúntese:
• ¿Veo bien?
• ¿Qué sensación me producen los lentes de contacto?
• ¿Qué aspecto tienen mis ojos?

Si después de colocarse los lentes de contacto, su visión es borrosa, compruebe lo siguiente:
• El lente de contacto no está centrado en el ojo (consulte "Paso 5: Centrado del lente de contacto") más adelante en este folleto).
• Si el lente de contacto está centrado, retírelo (consulte "Retirada de los lentes de contacto") y compruebe lo siguiente:
• Cosméticos o aceites en el lente de contacto. Limpie y enjuague con una solución limpiadora/desinfectante recomendada antes de volver a usar. Si se eliminó el cosmético o el aceite, vuelva a colocar el lente de contacto. Si su visión aún está borrosa deseche el lente de contacto y coloque uno nuevo.
• Puede que el lente de contacto esté en el ojo equivocado.
• El lente de contacto está del revés (sería menos cómodo de lo normal). Consulte "Paso 3: Colocación del lente de contacto en el ojo".

Si después de comprobar las posibilidades anteriores piensa que su visión todavía es borrosa, retire los lentes de contacto y consulte a su profesional de la visión.

Si el uso de un lente de contacto resulta claramente incómodo al aplicarlo o se vuelve menos cómodo que cuando lo utilizó por primera vez, retírelo inmediatamente y póngase un contacto con su profesional de la visión. Si el examen de sus ojos y los lentes de contacto muestra cualquier otro problema, RETIRE INMEDIATAMENTE LOS LENTES DE CONTACTO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL PROFESIONAL DE LA VISIÓN.

Paso 5: Centrado del lente de contacto
Un lente de contacto que esté sobre la córnea (parte central del ojo), muy raramente se moverá a la parte blanca del ojo durante su uso. No obstante, es algo que puede ocurrir. Si la colocación y la retirada no se realizan correctamente. Para centrar un lente de contacto, siga cualquiera de estos procedimientos:
• Cierre los párpados y masaje suavemente el lente de contacto a través del párpado cerrado para llevarlo hasta su lugar.
O bien
• Deja suavemente el lente de contacto descentrado hasta la córnea (centro del ojo) mientras tiene el ojo abierto, aplicando presión con el dedo sobre el borde del párpado superior e inferior.

USO DEL LENTE DE CONTACTO
Información importante sobre precauciones importantes mientras lleva los lentes de contacto puestos:
Condiciones peligrosas
• Si utiliza productos en aerosol (spray), cierre la laca para el cabello, mientras usa lentes de contacto, mantenga los ojos cerrados hasta que el spray se haya asentado.
• Evite lugares con humos y vapores nocivos o irritantes mientras lleva puestos los lentes de contacto.
• Si nada mientras lleva los lentes de contacto con gafas de natación, el agua corriente contiene muchos organismos que pueden contaminar o dañar sus lentes de contacto y provocar una infección o lesión ocular.

Actividad ocular
• Evite frotarse los ojos mientras tiene el agua mientras los utiliza.

ADVERTENCIA:
El agua puede contener microorganismos que pueden provocar una infección grave, pérdida de visión o ceguera. Si sus lentes de contacto se han sumergido en agua o han estado expuestos a ella, no los vuelva a utilizar hasta que hayan sido limpiados y desinfectados según las instrucciones de uso. Póngase en contacto con su profesional de la visión para obtener recomendaciones en relación con el uso de lentes de contacto cuando se realice cualquier actividad que implique contacto con el agua.

Soluciones lubricantes o humectantes
• Su profesional de la visión puede recomendarle una solución lubricante o humectante para utilizarla con sus lentes de contacto durante:
– Cualquier sensación de molestia en los ojos
– Sequedad ocular mientras lleva sus lentes de contacto
– Si utiliza lentes de contacto no rígidos, no use las soluciones recomendadas para lubricar o refrescar/usar sus lentes de contacto. No ponga los lentes de contacto en la boca.
• Si utiliza lentes de contacto rígidos, utilice soluciones diferentes junto y no todas las soluciones son seguras para utilizarlas con lentes de contacto.
• Utilice solo soluciones recomendadas.
• No cambie de solución sin consultar con el profesional de la visión.
• Nunca utilice soluciones recomendadas únicamente para lentes de contacto blandos con lentes rígidos.
• Utilice siempre lentes de contacto y soluciones para el cuidado de los lentes de contacto, frescas y sin caducar y siga siempre las instrucciones del prospecto para el uso de las soluciones para lentes de contacto.
• Las soluciones estériles sin conservantes, cuando se utilizan, deben desecharse inmediatamente después de abrir el envase individual.
• Mantenga siempre los lentes de contacto completamente sumergidos en la solución de almacenamiento recomendada cuando no se estén usando (guardados). Los períodos prolongados de secado (por ejemplo, exponiendo el lente de contacto al aire durante 30 minutos o más) pueden hacer que los lentes de contacto se sequen. Un lente de contacto para volver a un estado humectable. Si la superficie del lente de contacto se seca, deseche el lente de contacto y use uno nuevo.

Uso compartido de los lentes de contacto
• **Nunca** permita que nadie más utilice sus lentes de contacto. Compartir los lentes de contacto aumenta en gran medida la probabilidad de infecciones oculares.

Respete la forma de uso y frecuencia de reemplazo prescritas
• **Nunca** use sus lentes de contacto más tiempo del recomendado por su profesional de la visión.
• **Deseche siempre** los lentes de contacto usados según lo recomendado por su profesional de la visión.
• Siga el régimen de limpieza y material de desecho debe desechare de conformidad con los requisitos locales.

RETIRADA DE LOS LENTES DE CONTACTO
PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que el lente de contacto esté en la córnea (centro del ojo) antes de intentar retirarlo/removerlo. Para comprobarlo, mire hacia el techo y, a continuación, retire el lente, porque el lente de contacto está en la córnea, no debería salir del ojo o la esclera está en el ojo. Para buscar el lente de contacto, revise el área superior del ojo mirando hacia abajo en el espejo mientras lo/a hacia arriba del párpado superior. A continuación, revise el área inferior frondo hacia abajo del párpado inferior.

1. Lleve bien las manos, enjuáguelas y séquelas. Siga el método que le recomiende su profesional de la visión. A continuación, se presenta un ejemplo de un método. el método de pellizco.

Método de pellizco:
Paso 1. Mire hacia arriba y deslice el lente de contacto hacia abajo hasta la parte inferior del ojo utilizando el dedo índice.
Paso 2. Pince suavemente el lente de contacto entre el dedo pulgar y el dedo índice.
Paso 3. Retire el lente de contacto.
2. Siga las instrucciones de la siguiente sección, "Cuidado de los lentes de contacto".

NOTA: Para su salud ocular, es importante que el lente de contacto se pueda mover por el ojo. Si el lente de contacto se pega (deja de moverse) en su ojo, aplique unas gotas de la solución humectante recomendada. Espere hasta que el lente de contacto se mueva libremente y, a continuación, retire el lente de contacto de su ojo en su mano. Si el lente de contacto sigue sin moverse, debe consultar a su profesional de la visión.

CUIDADO DE LOS LENTES DE CONTACTO
Cuando reciba sus lentes de contacto por primera vez, su profesional de la visión le recomendará una rutina de limpieza y desinfección. De no seguir los procedimientos recomendados, se pueden desarrollar graves problemas oculares, como se explica la sección "Advertencias".

Antes de empezar:
• **Lávese siempre** las manos a fondo con agua templada, un jabón suave, enjuáguelas cuidadosamente y séquelas con una toalla limpia que no deje pelusas antes de manipular sus lentes de contacto.

2. Para desinfectar los lentes de contacto adecuadamente, frote y enjuague los lentes de contacto de acuerdo con los tiempos de frotado y enjuagado recomendados en las etiquetas de las soluciones múltiples.

ADVERTENCIA:
• No enjuague los lentes de contacto de acuerdo con los tiempos recomendados para contribuir a evitar infecciones oculares graves.
• Nunca utilice agua, solución salina ni gotas humectantes para desinfectar sus lentes de contacto. Estas soluciones no desinfectan los lentes de contacto. No utilizar el desinfectante recomendado podría provocar infecciones graves, pérdida de visión o ceguera.

4. Coloque el lente de contacto en la cámara correcta del estuche portalentes.

Paso 2: Almacenamiento
• Para guardar sus lentes de contacto, primero desinfectelos y déjelos en el estuche portalentes cerrado hasta que vaya a utilizarlos. **Mantenga siempre los lentes de contacto completamente sumergidos en la solución de almacenamiento recomendada cuando no se estén usando. Los períodos prolongados de secado dificultarán la rehumectación de los lentes de contacto. Si un lente de contacto se seca, deséchelo y reemplácelo por uno nuevo.**
• Si no va a usar sus lentes de contacto inmediatamente después de la desinfección, vuelva a enjuagar y volver a almacenamiento de los lentes de contacto a su profesional de la visión.
• Vacíe y limpie siempre el estuche portalentes frotándolo con el dedo y utilizando soluciones desinfectantes/limpiadoras de lentes de contacto frescas y estériles. La limpieza se debe llevar a cabo con soluciones desinfectantes/limpiadoras de lentes de contacto frescas y estériles. Los portalentes se debe secar con un paño limpio. Si se deja secar al aire, asegúrese antes de que no queden restos de la solución.
• Reemplace el estuche portalentes de los lentes de contacto según el etiquetado proporcionado con el estuche portalentes o conforme a las instrucciones de su profesional de la visión.
• Los estuches portalentes pueden ser una fuente de proliferación bacteriana.

ADVERTENCIA: No guarde sus lentes de contacto o los enjuague con agua o solución no estéril. Utilice únicamente solución multiuso nueva, para no contaminar sus lentes de contacto o el estuche portalentes donde los guarde. El uso de solución no estéril puede provocar una infección grave, pérdida de visión o ceguera.

EMERGENCIAS: Si algún producto químico de cualquier tipo (productos domésticos, soluciones de jardinería, productos químicos industriales, etc.) entra en contacto con los ojos, ENJUAGUE LOS OJOS INMEDIATAMENTE DURANTE 15 MINUTOS Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL PROFESIONAL DE LA VISIÓN O ACUDA A LA SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL.

6. NOTIFICACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS (Efectos secundarios)
Cualquier incidente experimentado mientras se llevan lentes de contacto o en relación con ellos debe notificarse a fabricante y/o su representante autorizado y / o su autoridad nacional.

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE CON PRESBICIA
La corrección visual a través de monovisión debe ser decidida entre el profesional de la visión y usted, después de la cuidadosa consideración y discusión de sus necesidades.

Fabricado por:
Consulte el empaque para ver el lugar de fabricación.

en USA: Johnson & Johnson Vision Care, Inc.,
7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, 32256, USA.
IRELAND: Johnson & Johnson Vision Care Ireland UC, The National Technology Park, Limerick, Ireland o Johnson & Johnson Vision Care (Ireland) The National Technology Park, Limerick, Irlanda

EC REP JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. Gran Vía, 1, 48011 Bilbao, Vizcaya, España

Fecha de revisión: 02/2024
VEUVA # 2024/L84092
VEUVA # 2024/L84194

En las etiquetas o cajas pueden aparecer los siguientes símbolos:

SÍMBOLO	DEFINICIÓN
	Precaución, Consulte las instrucciones de uso
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Utilizar antes de (fecha de caducidad)
LOT	Código de lote
STERILE	Esterilización mediante vapor
	No usar si el envase está dañado
	Intervalo de gestión de residuos
	PRECAUCIÓN: La ley federal de los Estados Unidos solo autoriza la venta de este dispositivo a través de un facultativo autorizado o bajo prescripción de un profesional de la visión
	Producto sanitario en la Comunidad Europea

	Indica un sistema único de barrera estéril
FIBRA DE VIDRIO	Fibra ultravioleta
CONTACT LENS	Lentes de Contacto
REP	Representante Autorizado en la Comunidad Europea
CE	Marcado europeo y número de identificación de organismo notificado
DIA	Diámetro
BC	Curva base
D	Dioptrías (potencia del lente de contacto)
	Orientación Correcta del lente de contacto
	Orientación Incorrecta del lente de contacto (Lente de contacto al revés)
	Icono de apertura del paquete (blíster)
	Contiene sustancias peligrosas

Lentes de Contacto
ACUVUE® OASYS con HYDRACLEAR® PLUS
(senofilcon A)

14 días (para uso diario) 6 noches / 7 días (para uso prolongado). Con lote de fabricación, fecha de caducidad y parámetros de lentes de contacto (38% H2O) en solución salina de borato con tampón de edetato. No requiere condiciones especiales de almacenamiento. **Elaborado por: Johnson & Johnson Vision Care, Inc.** 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, E.U.A., 32256 **Johnson & Johnson Vision Care Ireland UC** The National Technology Park, Limerick, Irlanda **Johnson & Johnson Vision Care (Ireland)** The National Technology Park, Limerick, Irlanda. **Importado por: Johnson & Johnson MEDICAL S.A.** Mendoza 1359, CABA, B2D, D7, Parc. 5 Sección R.S. ANIBAL – PM Edificio Ejecutivo Dorrego, Dorrego 1871 – Piso 2 – Oficina 2 Argentina.