OVERALL SIZE: 26.534”WIDE X 1.811”HIGH

26.534”

FOLD 1 | FOLD 2 | FOLD 3 | FOLD 4

1.860” | 1.923” | 1.923” | 1.860” | 1.860” | 1.923” | 1.829” | 1.829” | 1.923” | 1.860” | 1.860” | 1.923” | 1.923” | 2.0325”

1.811”

- Cierre los párpados y masajee suavemente el lente de contacto a través del párpado cerrado para llevarlo hasta su lugar.
- Parpadeo.
- Enjuague suavemente el lente de contacto descentrado hasta la córnea (centro del ojo) mientras tiene el ojo abierto, aplicando presión con el dedo sobre el borde del párpado superior o inferior.

USO DEL LENTE DE CONTACTO
Tenga en cuenta las siguientes precauciones importantes mientras lleve los lentes de contacto puestos:

Condiciones peligrosas

- Si utiliza productos en aerosol (spray), como la laca para el cabello, desodorantes, insecticidas, mantenga los ojos cerrados hasta que el spray se haya asentado.
- **Evite** todos los humos y vapores nocivos o irritantes mientras lleve puestos los lentes de contacto.
- **Nunca** enjuague los lentes de contacto con agua corriente del grifo. El agua del grifo contiene microorganismos que pueden contaminar o dañar sus lentes de contacto y provocar una infección o visión ocular.

Actividad ocular

- No expongo los lentes de contacto al agua mientras los utiliza.

ADVERTENCIA:
El agua puede contener microorganismos que pueden provocar una infección grave, pérdida de visión o ceguera. Si sus lentes de contacto se han sumergido en agua al realizar deportes acuáticos o al nadar en piscinas, jacuzzis, lagos o el mar, debe desecharlos y reemplazarlos por un par nuevo. Si usted tiene dudas sobre la calidad del agua, siga **siempre **otras recomendaciones en relación con el uso de lentes de contacto cuando se realice cualquier actividad que implique contacto con el agua.**

Soluciones lubricantes y humectantes

- Su profesional de la visión puede recomendarle una solución lubricante o humectante. Estas soluciones pueden utilizarse para humedecer (lubricar) sus lentes de contacto mientras los usa.
- No utilice saliva ni nada que no sean las soluciones recomendadas para lubricar o refrumedecer sus lentes de contacto. No ponga los lentes de contacto en la boca.

Uso compartido de los lentes de contacto

- **Nunca** comparta sus lentes de contacto. Compartir lentes de contacto aumenta en gran medida la probabilidad de infecciones oculares.

Respete la forma de uso y frecuencia de reemplazo prescritos

- **Nunca** use sus lentes de contacto más tiempo del recomendado por su profesional de la visión.
- **Desechе siempre** los lentes de contacto usados según lo recomendado por su profesional de la visión.
- Trate productos no utilizado o material de desecho debe desecharse de conformidad con los requisitos locales.

RETIRADA DE LOS LENTES DE CONTACTO
PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que el lente de contacto está en la córnea antes de intentar ponerse otro lente de contacto. Si no lo hace puede dañar el ojo. Si la visión se vuelve borrosa, es porque el lente de contacto está en la parte blanca del ojo o si siquiera está en el ojo. Para buscar el lente de contacto, mirar el área superior del ojo mirando hacia abajo en un espejo mientras tira hacia arriba del párpado superior. A continuación, revise el área inferior mirando hacia arriba del párpado inferior.

1. Lavese bien las manos, enjuáguelas y séquelas. Siga el método que le recomendó su profesional de la visión. Si no está familiarizado, le presenta un ejemplo de un método: el método de pellizco.

Método de pellizco:

Paso 1. Mire hacia arriba y deslice el lente de contacto hacia abajo hasta la parte inferior del ojo utilizando el dedo índice.

Paso 2. Pince suavemente el lente de contacto entre el dedo pulgar y el índice.

Paso 3. Retire el lente de contacto.

2. Siga las instrucciones de la siguiente sección, “Cuidado de los lentes de contacto”.

NOTA: Para su salud ocular, es importante que el lente de contacto se pueda retirar por el ojo. Si el lente de contacto se pega (deja de moverse) en su ojo, aplique unas gotas de la solución humectante recomendada. Espere hasta que el lente de contacto comience a moverse libremente en el ojo antes de retirarlo. Si el lente de contacto sigue sin moverse, debe consultar inmediatamente a su profesional de la visión.

CUIDADO DE SUS LENTES DE CONTACTO
Recuerde que no se necesita limpiarlo o desinfectarlo de sus lentes de contacto de reemplazo diario cada vez que los use (ojos y reemplazo diario. Siempre desechе los lentes de contacto cuando se los remueva y tenga lentes de reemplazo o anteojos disponibles.

EMERGENCIAS: Si alguno produjo quimico de cualquier tipo (productos químicos para el hogar, productos químicos industriales, productos químicos etc.) entra en contacto con los ojos, TRÁGUESE LOS OJOS INMEDIATAMENTE CON AGUA DEL GRIFO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON SU PROFESIONAL DE LA VISIÓN O ACUDA A LA SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL.

6. NOTIFICACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS (Efectos secundarios):
Cualquier incidente experimentado mientras se llevan lentes de contacto de marca ACUVUE® debe notificarse al fabricante y/o su representante autorizado y/ o su autoridad nacional.

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE CON PRESCRIPCIÓN: La corrección visual a través de monovisión debe ser decidida entre el profesional de la visión y usted, después de la cuidadosa consideración y discusión de sus necesidades.

Fabricado por:
Consulte el empaque para ver el lugar de fabricación.

ref 33A, Johnson & Johnson Vision Care, Inc., 7500 Centurion Parkway; Jacksonville, Florida, 32256, USA
ref Johnson & Johnson Vision Care Ireland, Ltd., Unit 4, The National Technology Park, Limerick, Ireland (Johnson & Johnson Vision Care (Ireland) The National Technology Park, Limerick, Ireland)

CE 0344 AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus, Quarryvale, Co. Dublin, Ireland
www.acuvue.com

Fecha de revisión: 02/2024
VEI/A # 202/4,84362
VEI/A # 202/4,84199

En los etiquetes o cajas puede aparecer los siguientes símbolos:

SÍMBOLO	DEFINICIÓN
	Precaución. Consulte las instrucciones de uso
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Utilizar antes de (fecha de caducidad)
LOT	Código de lote
STERILE R	Esterilización mediante vapor
	No reutilizar (un solo uso)
	No usar si el envase está dañado
	Límite de temperatura
Rx Only	PRECAUCIÓN: La ley federal de los Estados Unidos solo autoriza la venta de este dispositivo a través de un facultativo autorizado o bajo prescripción de un profesional de la visión.
MD	Producto sanitario en la Comunidad Europea
	Indica un sistema único de barras estándar
UK RI MARK	Pitiés ultravioletas
EU REP	Representante Autorizado en la Comunidad Europea
CE	Marcado europeo y número de identificación de organismo notificado
DIA	Diámetro
BC	Curva base
D	Dioptría (potencia del lente de contacto)
	Orientación Correcta del lente de contacto
	Orientación Incorrecta del lente de contacto (Lente al revés)
OPEN	Apertura del envase (blister)
CONTENT	Suma de aperturas (Cantidad)
	Contiene sustancias peligrosas

Lentes de Contacto
1-DAY ACUVUE® MOIST con LACRIFON®
(etafilcon A)

Para uso único y descarte diario. Con tinte de visibilidad y bloqueo ultravioleta UV. Lentes de contacto esferoides hidrofílicos blandos de reemplazo diario. Para una Solución salina transparente con problemas. No no requiere condiciones especiales de almacén. **Elaborado por: Johnson & Johnson Vision Care, Inc.** 7500 Centurion Parkway; Jacksonville, Florida, E.U.A., 32256 o **Johnson & Johnson Vision Care Ireland Ltd** The National Technology Park, Limerick, Irlanda o **Johnson & Johnson Vision Care Ireland Ltd** Unidad 4, The National Technology Park, Limerick, Irlanda **Imp. y/o dist. por: JOHNSON & JOHNSON MEXICO, S.A** Mariscala 1250, CABA, ARG; CIT; Farm. G. Mullor; R.S. AMMAT – PM-16-787; **JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.** Cra. 7 No. 156-68 Piso 8 Edificio Bulevar Niza Bogotá, COL; Cra. 7 # 71, Bogotá, COL; RIVISA: 2017-2M-0012-15; **OPTELIK FARMACÉUT S.A.** Graf. José Balcargo Díaz N°862 al Ayacucho y Montevideo; Asunción, PRY Resp. Téc.: Q.F. Nancy Eulacha; Reg. Prof. N° 7314; R.S. 2003/9-01-CM; **Óptica Milmet**, Est. Murtet 350 O de la Embajada Americana; San José, CRI; **INSUMEQ Inc. S.A.** Hilda Sanchez 150 y Pedro Moncayo; Quito, ECU; Reg. Sanitario No. RSCO-0-00-0-1105-0008-0210; 1005-0908-0717; 1005-0908-0200; DNM-02-CF-DNAT; **JMC S.A.** Juan Pueblar N° 3373, Máximo, URY; DT: A. Benitez Neyen; R.S. #0621; **Venta exclusiva a farmacias, ópticas y distribuidores autorizados de Prof. de la Salud. # R.S. y datos de importadores y distribuidores dentro del instructivo. SAP # 2040/360**

PANEL 16 | PANEL 17 | PANEL 18 | PANEL 19 | PANEL 20 | PANEL 21 | PANEL 22 | PANEL 23 | PANEL 24 | PANEL 25 | PANEL 26 | PANEL 27 | PANEL 28

26.534”

2.0325” | 1.923” | 1.923” | 1.860” | 1.860” | 1.923” | 1.829” | 1.829” | 1.923” | 1.860” | 1.860” | 1.923” | 1.923” | 1.860”

Johnson & Johnson de Chile S.A. Cerro Colorado #5366 Piso 9, Torre I, Las Condes, Santiago, Chile; **Honduras Promotora Americana, S.A. de CV (Financsa)**, Colonia Palmira, Avenida República de Brasil, casa 2724, Tegucigalpa, Honduras; R.S. HN-DM-1119-0192; HN-DM-0522-0063; HN-DM-0222-0057; **República Dominicana**: R.S. PI2007-0074, PI2007-0076, PI2003-0077; **El Salvador: OPTILAB, S.A. DE C.V.**, 25 Av. Norte, Calle Dr. Roberto Madlener, N° 900, Local 3, San Salvador, El Salvador, C.A.; **Guatemala: Productos Médicos Especiales, S.A. LTDA.**, Reparto San Juan, Esquina Norte, Calle El Carmen, Managua,Nicaragua; Distribuido por: **Óptica Visión de Nicaragua S.A.** Frente a la Sede Central de Los Pipitos, Bolonia, Managua, Nicaragua. **Óptica Central S.A.** Calle principal Cd. Jardín, HS contiguo al partido liberal independiente, Managua, Nicaragua. R.S.: **Centroamérica**: 2-0-00-0-0-0