OVERALL SIZE: 26.534" WIDE X 1.811" HIGH

26.534"

FOLD 1 | FOLD 2 | FOLD 3 | FOLD 4

1.860" | 1.923" | 1.923" | 1.860" | 1.860" | 1.923" | 1.829" | 1.829" | 1.923" | 1.860" | 1.860" | 1.923" | 1.923" | 2.0325"

1.811"

Hay otros métodos para la colocación de los lentes de contacto. Si el médico prefiere enjuagarlo, es muy difícil, su profesional de la visión puede proporcionarle una alternativa.

Paso 4: Comprobación de los lentes de contacto

Cuando se haya aplicado correctamente los lentes de contacto, pregúntese:

- ¿Veo bien?
- ¿Del enrojecimiento no producen los lentes de contacto?
- ¿Cual aspecto tienen mis ojos?

Si después de colocarse los lentes de contacto, su visión es borrosa, comprueba lo siguiente:

- El lente de contacto no está centrado en el ojo (consulte "Paso 5: Centrado del lente de contacto", más adelante en este folleto).
- Si el lente de contacto está centrado, retírelo (consulte "Retirada de los lentes de contacto") y compruebe lo siguiente:
- Cosméticos o aceites en el lente de contacto, limpie y enjuague con una solución suave recomendada para el cuidado de lentes de contacto y, si se eliminó el cosmético o el aceite, vuelva a colocar el lente de contacto. Si su visión aún está borrosa deseche el lente de contacto y coloque uno nuevo.
- Puede que el lente de contacto esté en el ojo equivocado.
- El lente de contacto está del revés (sería menos cómodo de lo normal). Consulte "Paso 3: Colocación del lente de contacto en el ojo".

Si después de comprobar las posibilidades anteriores piensa que su visión todavía es borrosa, retire los lentes de contacto y consulte a su profesional de la visión.

Nota: Si un lente de contacto resulta claramente incómodo al aplicarlo o se vuelve menos cómodo que cuando lo utilizó por primera vez, remuévalo inmediatamente y consulte a su profesional de la visión. Puede ser un síntoma de un ojo seco y los lentes de contacto inversos cualquier otro problema. RETIRE INMEDIATAMENTE LOS LENTES DE CONTACTO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL PROFESIONAL DE LA VISIÓN.

Paso 5: Centrado del lente de contacto

Un lente de contacto que está sobre la córnea (parte central del ojo), muy raramente se moverá y la parte blanca del ojo durante su uso. No obstante, es muy fácil que se mueva de un lado a otro del ojo. Esto es normal y no interfiere correctamente. Para centrar un lente de contacto, siga cualquiera de estos procedimientos:

- Cierre los párpados y masajee suavemente el lente de contacto a través del párpado cerrado para llevarlo hasta su lugar.

O bien

- Dirija suavemente el lente de contacto descentrado hasta la córnea (centro del ojo) mientras tiene el ojo abierto, aplicando presión con el dedo sobre el borde del párpado superior o inferior.

USO DEL LENTE DE CONTACTO
Tenga en cuenta las siguientes precauciones importantes mientras tiene puesto los lentes de contacto:
Condiciones peligrosas

- Si utiliza productos en aerosol (spray), como la laca para el cabello, mientras usa lentes de contacto, mantenga los ojos cerrados hasta que el spray se haya asentado.
- **Evite** todos los humos y vapores nocivos o irritantes mientras llevan puestos los lentes de contacto.
- Desinfectar los lentes de contacto con agua corriente del grifo. El agua corriente contiene muchos microorganismos que pueden contaminar o dañar los lentes de contacto y provocar una infección o lesión ocular.

Actividad sexual

- No exponga los lentes de contacto al agua mientras los utiliza.

ADVERTENCIA:
Los lentes de contacto contienen microorganismos que pueden provocar una infección grave, pérdida de visión o ceguera. Si usa lentes de contacto no han sumergido en agua al realizar deportes acuáticos o al nadar en piscinas, jacuzzis, lagos o el mar. Evite desinfectarlos y reenjuagarlos por un poco. Póngase en contacto con su profesional de la visión para obtener recomendaciones en relación con el uso de lentes de contacto cuando se realice cualquier actividad que implique contacto con el agua.

Soluciones lubricantes o humectantes

- Su profesional de la visión puede recomendarle una solución lubricante o humectante. Estas soluciones pueden utilizarse para humedecer (lubricar) los lentes de contacto mientras los usa.
- Nunca use saliva o ningún tipo de otro tipo de soluciones recomendadas para lubricar o refrescar los lentes de contacto. No ponga los lentes de contacto en su boca.
- Nunca los lentes de contacto utilizarse soluciones diferentes junto a los lentes de contacto a menos que su profesional de la visión lo indique.
- Utilice solo soluciones recomendadas.
- No caliente de solución con consultar con el profesional de la visión.
- Nunca utilice soluciones recomendadas únicamente para lentes de contacto para otros propósitos.
- Utilice siempre lentes de contacto y soluciones para el cuidado de los lentes de contacto, frescas y sin caducar y siga siempre las instrucciones del prospecto para el uso de las soluciones para lentes de contacto.
- Las soluciones estériles sin conservantes, cuando se utilizan, deben desecharse inmediatamente después de abrir el envase.
- Mezclarnos siempre los lentes de contacto completamente sumergidos en la solución de almacenamiento recomendada cuando no se están usando (guardados). Los periodos prolongados de secado (por ejemplo, exponiendo el lente de contacto al aire durante 30 minutos o más) pueden provocar que el lente de contacto se pegue a la córnea para volver a un estado humectado. Si la superficie del lente de contacto se seca, deseche el lente de contacto y use uno nuevo.

Uso compartido de los lentes de contacto

- **Nunca** permita que nadie más utilice sus lentes de contacto. Compartir lentes de contacto aumenta en gran medida la probabilidad de infecciones oculares.

Respete la forma de uso y frecuencia de reemplazo prescritos

- **Nunca** use sus lentes de contacto más tiempo del recomendado por su profesional de la visión.
- **Desechen siempre** los lentes de contacto usados según lo recomendado por su profesional de la visión.
- Todo producto no utilizado o material de desecho debe desecharse de conformidad con los requisitos locales.

RETIRADA DE LOS LENTES DE CONTACTO
PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que el lente de contacto está en la córnea (centro del ojo) antes de intentar retirarlo/removerlo. Para determinar si es así, cubra el otro ojo. Si la visión es borrosa, es porque el lente de contacto está en la parte blanca del ojo o in siquiera está en el ojo. Para buscar el lente de contacto, revise el área superior del ojo mirando hacia abajo en un espejo mientras tira hacia arriba del párpado superior. A continuación, revise el área inferior tirando hacia abajo del párpado inferior.

1. Llenar bien las manos, enjuagarlas y secarlas. Siga el método que le recomiende su profesional de la visión. A continuación, se presenta un ejemplo de un método: el método de pellizco.

Método de pellizco:
Paso 1. Mire hacia arriba y deslice el lente de contacto hacia abajo hasta la parte inferior del ojo utilizando el dedo índice.
Paso 2. Pellizque suavemente el lente de contacto entre el dedo pulgar y el índice.
Paso 3. Retire el lente de contacto.

2. Siga las instrucciones de la siguiente sección, "Cuidado de los lentes de contacto".

NOTA: Para su salud ocular, es importante que el lente de contacto se pueda mover por el ojo. Si el lente de contacto se pega (deja de moverse) en su ojo, aplique unas gotas de la solución humectante recomendada. Espere hasta que el lente de contacto comience a moverse libremente en el ojo antes de retirarlo. Si el lente de contacto sigue sin moverse, debe consultar inmediatamente a su profesional de la visión.

CUIDADO DE LOS LENTES DE CONTACTO
Cuando realiza sus lentes de contacto por primera vez, su profesional de la visión le recomendará una rutina de limpieza y desinfección. De no seguir los procedimientos recomendados se pueden desarrollar graves problemas oculares, como se explica la sección "Advertencias".

Antes de empezar:

- **Lávese siempre** las manos a fondo con agua tempilada, un jabón suave, enjuáguenlas cuidadosamente y séquelas con una toalla limpia que no deje pelusas antes de manipular sus lentes de contacto.
- Asegúrese de tener disponibles los siguientes suministros:
- Solución de limpieza, desinfectante y almacenamiento de contacto/enjuagarlos no por su profesional de la visión **Nunca utilice soluciones recomendadas únicamente para lentes de contacto duros convencionales.**
- Estuche portalentes limpio.

Si utiliza un sistema que usa periodos de hidrógeno, utilice SOLO el estuche portalentes proporcionado con dicho sistema. Este estuche portalentes se ha diseñado especialmente para neutralizar la solución. Si no se utiliza el estuche portalentes específico, se puede provocar escozor ocular y provocar el ojo.

Paso 1: Limpieza y desinfección (química – no térmica)

1. Limpie siempre primero el interior lente de contacto, para evitar contaminarlo.
2. Siga las instrucciones proporcionadas en el etiquetado del producto sobre limpieza y desinfección o las recomendaciones de su profesional de la visión.

NO confíente la solución desinfectante en los lentes de contacto.
Precaución: Los lentes de contacto que se desinfectan químicamente pueden absorber ingredientes de la solución desinfectante que podrían ser irritantes para los ojos. Un cuidadoso enjuague en solución salina o agua del grifo (agua corriente) proporcionado en los kits de contacto/enjuagarlos no por su profesional de la visión **Nunca utilice soluciones recomendadas únicamente para lentes de contacto duros convencionales.**
- Estuche portalentes limpio.

Si utiliza un sistema que usa periodos de hidrógeno, utilice SOLO el estuche portalentes proporcionado con dicho sistema. Este estuche portalentes se ha diseñado especialmente para neutralizar la solución. Si no se utiliza el estuche portalentes específico, se puede provocar escozor ocular y provocar el ojo.

Paso 1: Limpieza y desinfección (química – no térmica)

1. Limpie siempre primero el interior lente de contacto, para evitar contaminarlo.
2. Siga las instrucciones proporcionadas en el etiquetado del producto sobre limpieza y desinfección o las recomendaciones de su profesional de la visión.

Paso 2: Almacenamiento
- Para guardar sus lentes de contacto, primero desinfectados y déjelos en el estuche portalentes cerrado hasta que vaya a utilizarlos. **Mantenga SIEMPRE los lentes de contacto completamente sumergidos en la solución desinfectante recomendada cuando no se están usando. Los periodos prolongados de secado dificultarán la rehumectación de los lentes de contacto. Si se lente de contacto se desinfectan químicamente** Para desinfectar los lentes de contacto adecuadamente, frote y enjuague los lentes de contacto de acuerdo con los tiempos de frotado y enjuagado recomendados en las etiquetas de las soluciones multiuso.

ADVERTENCIA:
- Frote y enjuague los lentes de contacto de acuerdo con los tiempos recomendados en las etiquetas de las soluciones multiuso.
- Nunca utilice agua o soluciones salinas de agotas humectantes para desinfectar sus lentes de contacto. Estas soluciones no desinfectan los lentes de contacto. No utilizar el desinfectante recomendado podría provocar infecciones graves, pérdida de visión o ceguera.

4. Coloque el lente de contacto en la cámara correcta del estuche portalentes.

Paso 3: Almacenamiento
- Para guardar sus lentes de contacto, primero desinfectados y déjelos en el estuche portalentes cerrado hasta que vaya a utilizarlos. **Mantenga SIEMPRE los lentes de contacto completamente sumergidos en la solución desinfectante recomendada cuando no se están usando. Los periodos prolongados de secado dificultarán la rehumectación de los lentes de contacto. Si se lente de contacto se desinfectan químicamente** Para desinfectar los lentes de contacto adecuadamente, frote y enjuague los lentes de contacto de acuerdo con los tiempos de frotado y enjuagado recomendados en las etiquetas de las soluciones multiuso.

ADVERTENCIA:
- Frote y enjuague los lentes de contacto de acuerdo con los tiempos recomendados en las etiquetas de las soluciones multiuso.
- Nunca utilice agua o soluciones salinas de agotas humectantes para desinfectar sus lentes de contacto. Estas soluciones no desinfectan los lentes de contacto. No utilizar el desinfectante recomendado podría provocar infecciones graves, pérdida de visión o ceguera.

4. Coloque el lente de contacto en la cámara correcta del estuche portalentes.

Paso 4: Almacenamiento
- Para guardar sus lentes de contacto, primero desinfectados y déjelos en el estuche portalentes cerrado hasta que vaya a utilizarlos. **Mantenga SIEMPRE los lentes de contacto completamente sumergidos en la solución desinfectante recomendada cuando no se están usando. Los periodos prolongados de secado dificultarán la rehumectación de los lentes de contacto. Si se lente de contacto se desinfectan químicamente** Para desinfectar los lentes de contacto adecuadamente, frote y enjuague los lentes de contacto de acuerdo con los tiempos de frotado y enjuagado recomendados en las etiquetas de las soluciones multiuso.

ADVERTENCIA:
- Frote y enjuague los lentes de contacto de acuerdo con los tiempos recomendados en las etiquetas de las soluciones multiuso.
- Nunca utilice agua o soluciones salinas de agotas humectantes para desinfectar sus lentes de contacto. Estas soluciones no desinfectan los lentes de contacto. No utilizar el desinfectante recomendado podría provocar infecciones graves, pérdida de visión o ceguera.

4. Coloque el lente de contacto en la cámara correcta del estuche portalentes.

Paso 5: Almacenamiento
- Para guardar sus lentes de contacto, primero desinfectados y déjelos en el estuche portalentes cerrado hasta que vaya a utilizarlos. **Mantenga SIEMPRE los lentes de contacto completamente sumergidos en la solución desinfectante recomendada cuando no se están usando. Los periodos prolongados de secado dificultarán la rehumectación de los lentes de contacto. Si se lente de contacto se desinfectan químicamente** Para desinfectar los lentes de contacto adecuadamente, frote y enjuague los lentes de contacto de acuerdo con los tiempos de frotado y enjuagado recomendados en las etiquetas de las soluciones multiuso.

ADVERTENCIA:
- Frote y enjuague los lentes de contacto de acuerdo con los tiempos recomendados en las etiquetas de las soluciones multiuso.
- Nunca utilice agua o soluciones salinas de agotas humectantes para desinfectar sus lentes de contacto. Estas soluciones no desinfectan los lentes de contacto. No utilizar el desinfectante recomendado podría provocar infecciones graves, pérdida de visión o ceguera.

4. Coloque el lente de contacto en la cámara correcta del estuche portalentes.

Paso 6: Almacenamiento
- Para guardar sus lentes de contacto, primero desinfectados y déjelos en el estuche portalentes cerrado hasta que vaya a utilizarlos. **Mantenga SIEMPRE los lentes de contacto completamente sumergidos en la solución desinfectante recomendada cuando no se están usando. Los periodos prolongados de secado dificultarán la rehumectación de los lentes de contacto. Si se lente de contacto se desinfectan químicamente** Para desinfectar los lentes de contacto adecuadamente, frote y enjuague los lentes de contacto de acuerdo con los tiempos de frotado y enjuagado recomendados en las etiquetas de las soluciones multiuso.

ADVERTENCIA:
- Frote y enjuague los lentes de contacto de acuerdo con los tiempos recomendados en las etiquetas de las soluciones multiuso.
- Nunca utilice agua o soluciones salinas de agotas humectantes para desinfectar sus lentes de contacto. Estas soluciones no desinfectan los lentes de contacto. No utilizar el desinfectante recomendado podría provocar infecciones graves, pérdida de visión o ceguera.

4. Coloque el lente de contacto en la cámara correcta del estuche portalentes.

Paso 7: Almacenamiento
- Para guardar sus lentes de contacto, primero desinfectados y déjelos en el estuche portalentes cerrado hasta que vaya a utilizarlos. **Mantenga SIEMPRE los lentes de contacto completamente sumergidos en la solución desinfectante recomendada cuando no se están usando. Los periodos prolongados de secado dificultarán la rehumectación de los lentes de contacto. Si se lente de contacto se desinfectan químicamente** Para desinfectar los lentes de contacto adecuadamente, frote y enjuague los lentes de contacto de acuerdo con los tiempos de frotado y enjuagado recomendados en las etiquetas de las soluciones multiuso.

ADVERTENCIA:
- Frote y enjuague los lentes de contacto de acuerdo con los tiempos recomendados en las etiquetas de las soluciones multiuso.
- Nunca utilice agua o soluciones salinas de agotas humectantes para desinfectar sus lentes de contacto. Estas soluciones no desinfectan los lentes de contacto. No utilizar el desinfectante recomendado podría provocar infecciones graves, pérdida de visión o ceguera.

4. Coloque el lente de contacto en la cámara correcta del estuche portalentes.

Paso 8: Almacenamiento
- Para guardar sus lentes de contacto, primero desinfectados y déjelos en el estuche portalentes cerrado hasta que vaya a utilizarlos. **Mantenga SIEMPRE los lentes de contacto completamente sumergidos en la solución desinfectante recomendada cuando no se están usando. Los periodos prolongados de secado dificultarán la rehumectación de los lentes de contacto. Si se lente de contacto se desinfectan químicamente** Para desinfectar los lentes de contacto adecuadamente, frote y enjuague los lentes de contacto de acuerdo con los tiempos de frotado y enjuagado recomendados en las etiquetas de las soluciones multiuso.

ADVERTENCIA:
- Frote y enjuague los lentes de contacto de acuerdo con los tiempos recomendados en las etiquetas de las soluciones multiuso.
- Nunca utilice agua o soluciones salinas de agotas humectantes para desinfectar sus lentes de contacto. Estas soluciones no desinfectan los lentes de contacto. No utilizar el desinfectante recomendado podría provocar infecciones graves, pérdida de visión o ceguera.

4. Coloque el lente de contacto en la cámara correcta del estuche portalentes.

Paso 9: Almacenamiento
- Para guardar sus lentes de contacto, primero desinfectados y déjelos en el estuche portalentes cerrado hasta que vaya a utilizarlos. **Mantenga SIEMPRE los lentes de contacto completamente sumergidos en la solución desinfectante recomendada cuando no se están usando. Los periodos prolongados de secado dificultarán la rehumectación de los lentes de contacto. Si se lente de contacto se desinfectan químicamente** Para desinfectar los lentes de contacto adecuadamente, frote y enjuague los lentes de contacto de acuerdo con los tiempos de frotado y enjuagado recomendados en las etiquetas de las soluciones multiuso.

ADVERTENCIA:
- Frote y enjuague los lentes de contacto de acuerdo con los tiempos recomendados en las etiquetas de las soluciones multiuso.
- Nunca utilice agua o soluciones salinas de agotas humectantes para desinfectar sus lentes de contacto. Estas soluciones no desinfectan los lentes de contacto. No utilizar el desinfectante recomendado podría provocar infecciones graves, pérdida de visión o ceguera.

4. Coloque el lente de contacto en la cámara correcta del estuche portalentes.

Paso 10: Almacenamiento
- Para guardar sus lentes de contacto, primero desinfectados y déjelos en el estuche portalentes cerrado hasta que vaya a utilizarlos. **Mantenga SIEMPRE los lentes de contacto completamente sumergidos en la solución desinfectante recomendada cuando no se están usando. Los periodos prolongados de secado dificultarán la rehumectación de los lentes de contacto. Si se lente de contacto se desinfectan químicamente** Para desinfectar los lentes de contacto adecuadamente, frote y enjuague los lentes de contacto de acuerdo con los tiempos de frotado y enjuagado recomendados en las etiquetas de las soluciones multiuso.

ADVERTENCIA:
- Frote y enjuague los lentes de contacto de acuerdo con los tiempos recomendados en las etiquetas de las soluciones multiuso.
- Nunca utilice agua o soluciones salinas de agotas humectantes para desinfectar sus lentes de contacto. Estas soluciones no desinfectan los lentes de contacto. No utilizar el desinfectante recomendado podría provocar infecciones graves, pérdida de visión o ceguera.

4. Coloque el lente de contacto en la cámara correcta del estuche portalentes.

Precauciones generales:
- Si usa una lente de contacto para corregir la presbicia es posible que no pueda conseguir la mejor agudeza visual corregida para la visión lejana y cercana. Las necesidades visuales varían para cada persona, por lo que su profesional de la visión debe trabajar con usted al seleccionar el tipo de lente de contacto más apropiado.
- Los profesionales de la visión deben indicar al paciente que se retirase los lentes de contacto inmediatamente si los ojos se enrojecen o irritan.
- Pregunte siempre en contacto con su profesional de la visión antes del uso de cualquier medicamento para los ojos.
- Los lentes de contacto, los productos cosméticos, tales como antihistamínicos, descongestionantes, diuréticos, relajantes musculares, tranquilizantes y los tratamientos que previenen el mareo, pueden causar sequedad ocular, mayor sensación de llevar lentes de contacto (sensación del lente de contacto en el ojo) o visión borrosa. Informe siempre a su profesional de la visión si tiene algún problema con sus lentes de contacto mientras toma estos medicamentos.
- Si usa lentes de contacto, no se recomienda tomar aceites (gélicos antiincrustantes), podría desarrollar cambios en la visión o en la consolidad al usar lentes de contacto.
- No cambie su tipo de lente de contacto (por ejemplo, nombre de la marca, etc.) ni los parámetros (por ejemplo, diámetro, curva base, grosor, etc.) de lente de contacto, etc.) sin consultar a su profesional de la visión.
- Tenga siempre un par de gafas funcionales con una graduación actual disponible para usar si no puede usar lentes de contacto, o en circunstancias en las que se desaconseja el uso de lentes de contacto.
- Como con cualquier lente de contacto, los vitales de seguimiento son necesarios para asegurar la salud continua de sus ojos.
- Consulte a su profesional de la visión sobre el programa de seguimiento recomendado.

¿Quién debe saber que usted usa lentes de contacto?
Informe a todos los médicos y al enfermero sobre lo que implica ser usuario de lentes de contacto. Algunos trabajos pueden exigir el uso de un equipo de protección ocular o que usted no utilice lentes de contacto.

5. REACCIONES ADVERSAS (efectos secundarios) – Posibles problemas y cómo abordarlos
Tenga en cuenta que pueden surgir problemas al usar lentes de contacto y que algunos pueden ocasionar lesiones oculares graves. Estos pueden ser:

- Picor, ardor, pinchazos y/o sequedad en los ojos.
- Incomodidad o sensación de tener algo dentro del ojo.
- Rechazo o enfarnacimiento dentro o alrededor de los ojos.
- Enrojecimiento ocular.
- Problemas en los párpados.
- Ojos llorosos y secreciones oculares inusuales.
- Mala visión, visión borrosa.
- Arco iris o halos alrededor de los objetos.
- Sensibilidad a la luz (fotofobia).

Si se presentase cualquiera de los síntomas anteriores, podría existir una afección ocular grave. **DEBE RETIRAR INMEDIATAMENTE LOS LENTES DE CONTACTO y visitar cuanto antes a su profesional de la visión**, para que pueda evaluar el problema si fuera necesario para evitar daños serios al ojo y la visión.
Reconocer problemas y ¿qué hacer?
Debe realizar un sencillo autoexamen en 3 pasos al menos una vez al día. Pregúntese lo siguiente:

- ¿Cómo se comportan los productos los lentes de contacto?
- ¿Qué aspecto tienen mis ojos?
- ¿Ha notado algún cambio en mis visión?

Si usted nota algún problema, debe REMOVERSE EL LENTE DE CONTACTO y PONERSE EN CONTACTO CON su profesional de la visión. Si los lentes de contacto aparecen no estar dañado, limpie y enjuague el lente de contacto con una solución para cuidado de lentes de contacto blandos recomendada, y reciclaje el lente de contacto. Si luego de reciclaje el lente de contacto el problema persiste, deseche el lente de contacto y coloque un nuevo lente de contacto en el ojo.

Fecha de revisión: 02/2024
VE314.4 2024L84070
VE314.4 2024L84198

En las etiquetas o cajas pueden aparecer los siguientes símbolos:

SÍMBOLO	DEFINICIÓN
	Precaución. Consulte las instrucciones de uso
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Utilizar antes de (fecha de caducidad)
LOT	Código de lote
STERILE EO	Esterilizado mediante vapor
	No usar si el envase está dañado
	Impuesto de gestión de residuos
Rx Only	PRECAUCIÓN: La ley federal de los Estados Unidos solo autoriza la venta de este dispositivo a través de un facultativo autorizado o bajo prescripción de un profesional de la visión.

PROFESIONAL DE LA VISIÓN O ACUDA A LA SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL.

6. NOTIFICACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS (Efectos secundarios)
Cualquier incidente experimentado mientras se llevan lentes de contacto de Johnson & Johnson Vision debe notificarse al fabricante y/o su representante autorizado y/ o su autoridad nacional.

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE CON PRESBICIA
La corrección visual a través de monovisión debe ser decidida entre el profesional de la visión y usted, después de la cuidadosa consideración y discusión de sus necesidades.

Fabricado por:
Consulte el empaque para ver el lugar de fabricación.

USA: Johnson & Johnson Vision Care, Inc.,
7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, 32256, USA.
IRELAND: Johnson & Johnson Vision Care Ireland UC, The National Technology Park, Limerick, Ireland. **UK:** Johnson & Johnson Vision Care (Ireland) The National Technology Park, Limerick, Ireland.

EU: AMO Ireland, Block 8, Offey Valley Office Campus, Dublin, Ireland
www.acuvue.com

	Producto sanitario en la Comunidad Europea
	Indica un sistema único de barrera estéril
	Filtro ultravioleta
	Representante Autorizado en la Comunidad Europea
	Marcado europeo y número de identificación de organismo notificado
ASTIGMATISM	Lentes de contacto para ASTIGMATISMO
DIA	Diámetro
BC	Curva base
D	Dioptrías (potencia del lente de contacto)
	Ojo
CYL	Cilíndrico
	Orientación Correcta del lente de contacto
	Orientación Incorrecta del lente de contacto (Lente de contacto al revés)
	Icono de apertura del paquete (blister)

	Contiene sustancias peligrosas

Lentes de Contacto
ACUVUE® VITA para ASTIGMATISMO
(senofilcon C)

Uso diario por hasta 1 mes. Con forte de visibilidad y bloquea ultravioleta UV Esterilizado + Esterilizado usando vapor. **Contenido:** Lentes de contacto (47% HEO) en una solución salina de boracto con éter metílico de celulosa. No se requiere conservantes. **Fabricado por:** Johnson & Johnson Vision Care, Inc. **USA:** 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, E.U.A., 32256 **Johnson & Johnson Vision Care Ireland UC** The National Technology Park, Limerick, Irlanda **Johnson & Johnson Vision Care (Ireland)** The National Technology Park, Limerick, Irlanda **Importado por: Importador: JOHNSON & JOHNSON MEXICO, S.A.** Mexicalzingo 1250, Colonia Ex-Hacienda Coyoacán, C.P. 04310, Delegación Coyoacán, Ciudad de México **MEXITECH COLOMBIA S.A.S** Av. Calle 26 #92-19 Edificio Elemento Torre 2 piso 2 al 11, Bogotá, COL. INVIMA 2018DM-0017644. **QFITLAB PARAGUAY S.A.**, Gral. José Eduvigis Díaz N°302 al Avenida J. Montanaro, Asunción, PY. Ruta. Tel.: 527 Banco Estado: Reg. P.I.F. N° 1014. R.S. 0000000. **CNM S.A.** Jiron Pedro Ruiz Gallo N° 1315 Int. 1 Lima 1 Lima - Lima **Distribuidor: Importador: Importador: Importador