OVERALL SIZE: 26.534”WIDE X 1.811”HIGH

26.534”

FOLD 1 | FOLD 2 | FOLD 3 | FOLD 4

1.860” | 1.923” | 1.923” | 1.860” | 1.860” | 1.923” | 1.829” | 1.829” | 1.923” | 1.860” | 1.860” | 1.923” | 1.923” | 2.0325”

1.811”

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Con el lente de contacto en su dedo índice, utilícen la otra mano para sostener el delantero y quitenlo.
Tomar el paquete de lentes que van a usar en el día.
Sacar el paquete inferior con los dentos dentro de la misma mano con la que va a colocarlo.
Con la misma mano, presionar suavemente el lente de contacto en el blanco de la parte inferior del ojo.
Jalar lentamente el párpado y cierre el ojo momento.
Repetir el procedimiento con el lente del otro ojo.
Usa la misma técnica cuando colocan el lente de contacto en el otro ojo.

Hay otros métodos para la colocación de los lentes de contacto, Si el método antes expuesto le resulta difícil, consulte con su profesional de la visión, pídanle que muestre una alternativa.

Pasos A Comprobación de los lentes de contacto
Cuando ya hayan aplicado correctamente los lentes de contacto, pregúntese:
¿Me siento bien?
¿Que sensación me producen los lentes de contacto?
¿Ven claramente con ellos?
Si después de colocarse los lentes de contacto, su visión es borrosa, comprueba lo siguiente:

- El lente de contacto no está centrado en el ojo (consulte “Paso 5: Centrado del lente de contacto”, más adelante en este folleto).
- El el lente de contacto está contraído, remojado (consulte “Remoción de los lentes de contacto”) y comprueba lo siguiente:
  - Cosméticos o aceites en el lente de contacto. Deseche el lente de contacto e inserte uno nuevo.
  - Lentes de contacto dobladas o rotas (si está en el ojo equivocado).
  - El lente de contacto está del revés (parte menos cóncava de su normal). Consulte “Paso 3: Colocación del lente de contacto en el ojo”.

Si después de comprobar las posibilidades anteriores piensa que su visión todavía es borrosa, remuevan los lentes de contacto y consulte a su profesional de la visión.
Nota: Si un lente de contacto resulta claramente incómodo al aplicarlo o se vuelve menos cómodo que cuando lo aplicó por primera vez, remuévalo inmediatamente del ojo y póngase en contacto con su profesional de la visión.
Si el examen de sus ojos y los lentes de contacto muestra cualquier otro problema, REMUEVA INMEDIATAMENTE LOS LENTES DE CONTACTO DE LOS OJOS Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL PROFESIONAL DE LA VISIÓN.

Paso 5: Centrado del lente de contacto
Un lente de contacto que está sobre la córnea (parte central del ojo), muy raramente se moverá a la parte blanca del ojo durante su uso. No obstante, es algo que puede ocurrir si la inserción y la remoción no se realizan correctamente. Para centrar un lente de contacto, siga cualquiera de estos procedimientos:

- Cierre los párpados y masajee suavemente el lente de contacto a través del párpado cerrado para llevarlo hasta su lugar.

O bien

- Dirija suavemente el lente de contacto descentrado hasta la córnea (centro del ojo) mientras tiene el ojo abierto, aplicando presión con el dedo sobre el borde del párpado superior e inferior.

USO DEL LENTE DE CONTACTO
Tenga en cuenta las siguientes precauciones importantes mientras lleve los lentes de contacto puestos:
Lubricación adicional
Gotas Un vehículo protectivo en aerosol (spray), como la laca para el cabello, mientras usa lentes de contacto, mantenga los ojos cerrados hasta que el aerosol haya desaparecido.
Evite Evitar los humos y vapores nocivos e irritantes mientras lleve puestos los lentes de contacto.
Nunca enjuague los lentes de contacto con agua del grifo, El Agua corriente contiene muchas impurezas que pueden contaminar o dañar sus lentes de contacto y provocar una infección o lesión ocular.

Actividad asaltica
No expongo los lentes de contacto al agua mientras los utilicé.

ADVERTENCIA:
El agua puede contener microorganismos que pueden provocar una infección grave, pérdida de visión o ceguera, Si sus lentes de contacto se han sumergido en agua al realizar deportes acuáticos o al nadar en piscinas, jacuzzis, lagos o el mar, debe desecharlos y reemplazarlos por un par nuevo. Póngase en contacto con su profesional de la visión para obtener recomendaciones en relación con el uso de lentes de contacto cuando se realice cualquier actividad que implique contacto con el agua.

Soluciones lubricantes o humectantes
Si sus ojos están secos, su médico puede recomendarle una solución lubricante o humectante, Estas soluciones pueden utilizarse para humedecer (lubricar) sus lentes de contacto mientras las usan.
No utilice saliva ni nada que no sean las soluciones recomendadas para lubricar o rehumedecer sus lentes de contacto, No pongas los lentes de contacto en la boca.
No siempre pueden utilizarse soluciones diferentes juntas y no todas las soluciones son seguras para utilizarlas con lentes de contacto,
Utilice solo soluciones recomendadas.
No cambie de solución sin consultar con el profesional de la visión.
Las soluciones recomendadas, especialmente cuando se aplican en contacto duros convencionales,
Utilice siempre lentes de contacto y soluciones para el cuidado de los lentes de contacto de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las instrucciones del prospecto para el uso de las soluciones para lentes de contacto.
Las soluciones estériles sin conservantes, cuando se utilizan, deben desecharse después del tiempo especificado en las instrucciones.

- Mantenga siempre los lentes de contacto completamente sumergidos en la solución de almacenamiento recomendada cuando no se están usando, Exponer los lentes de contacto al aire durante 30 minutos (por ejemplo, exponerlo al lente de contacto al aire durante 30 minutos o más) reducirá la capacidad de la superficie del lente de contacto para volver a un estado humectado, Si la superficie del lente de contacto se seca, deseche el lente de contacto y use uno nuevo,

Uso compartido de los lentes de contacto
Nunca permita que nadie más utilice sus lentes de contacto, Compartir lentes de contacto aumenta en gran medida la probabilidad de infecciones oculares,

Respuesta de lentes de contacto a frecuencia de reemplazo prescritos
Nunca usa sus lentes de contacto más tiempo del recomendado por su profesional de la visión.
Deseche siempre los lentes de contacto y soluciones para el cuidado de los lentes de contacto que se hayan vencido, Use los lentes de contacto de acuerdo con las instrucciones del prospecto para el uso de las soluciones para lentes de contacto.

REMOCIÓN DE LOS LENTES DE CONTACTO
PRECAUCIÓN: Asegúrense siempre de que el lente de contacto esté en la córnea (centro del ojo) antes de intentar quitarlo, Para determinar si es así, cierra el otro ojo, Si la visión es borrosa, es porque el lente de contacto está en la parte blanca del ojo o lo siguiera está en el ojo, Para buscar el lente de contacto, revise el área superior del ojo mirando hacia abajo en un espejo mientras frota hacia arriba del párpado superior, A continuación, revise el área inferior del ojo mirando hacia arriba.
1. Lávese bien las manos, enjuáguelas y séquelas, Siga el método que le recomiende su profesional de la visión, A continuación, se presenta un ejemplo de un método: el método de pellizco.

Método de pellizco
Paso 1. Mantenga las uñas cortas y deslice el lente de contacto hacia abajo hasta la parte inferior del ojo utilizando el dedo índice,
Paso 2. Pince suavemente el lente de contacto entre el dedo pulgar y el índice,
Paso 3. Remueva los lentes de contacto.

2. Siga las instrucciones de la siguiente sección, “Cuidado de los lentes de contacto”.

NOTA: Para su salud ocular, es importante que el lente de contacto se pueda mover por el ojo, Si el lente de contacto se pega (deja de moverse) en su ojo, aplique unas gotas de la solución humectante recomendada, Espere hasta que el lente de contacto comience a moverse, Luego, retírelo suavemente de el ojo antes de reinserta, Si el lente de contacto sigue sin moverse, debe comunicar inmediatamente a su profesional de la visión.

CUIDADO DE LOS LENTES DE CONTACTO
Cuando reciba sus lentes de contacto por primera vez, su profesional de la visión le recomendará una rutina de limpieza y desinfección, De no seguir los procedimientos recomendados se pueden desarrollar graves problemas oculares, como se explica la sección “Advertencias”.
Antes de empezar:

1. Lávese siempre las manos a fondo con agua tempilada, un jabón suave, enjuáguenlas cuidadosamente y séquelas con una toalla limpia que no deje pelusas antes de manipular sus lentes de contacto.
2. Enjuagáme de tener disposición los siguientes suministros:
   - Soluciones frescas de limpieza y desinfección, o una solución multiuso recomendada por su profesional de la visión **Nunca utilice soluciones recomendadas únicamente para lentes de contacto blandos convencionales.**
   - Estuche limpio.

Si utiliza un sistema que use peróxido de hidrógeno, utilice SOLO el estuche portalentes proporcionado con dicho sistema. Este estuche portalentes se ha diseñado especialmente para neutralizar la solución, Si utiliza un otro sistema de desinfectantes específico, se puede provocar escozor en los ojos y lesiones oculares.

Paso 1: Limpieza y desinfección (opcional + no tóxicos)
1. Enjuague primero el interior lente de contacto, para evitar contaminar.
2.1.Siga las instrucciones proporcionadas en el etiquetado del producto sobre limpieza y desinfección o las recomendaciones de su profesional de la visión.

Paso 2: Contente la solución desinfectante en los lentes de contacto.
Precaución: Los lentes de contacto que se desinfectan químicamente pueden absorber ingredientes de la solución desinfectante que podrían ser irritantes para los ojos, Un cuidadoso enjuague en solución salina estéril fresca (u otra solución recomendada) antes de colocarlos en los ojos ayudará a evitar problemas de irritación.
2.1.Para desinfectar los lentes de contacto adecuadamente, frote y enjuague los lentes de contacto de acuerdo con los tiempos de frotado y enjuagado recomendados en las etiquetas de las soluciones multiuso.

ADVERTENCIA:

- No enjuague los lentes de contacto de acuerdo con los tiempos recomendados para contribuir a evitar infecciones oculares graves.
- Nunca utilice agua, solución salina ni gotas humectantes para desinfectar sus lentes de contacto, Estas soluciones no desinfectan los lentes de contacto, No utilizar el desinfectante recomendado puede provocar una infección grave, pérdida de visión o ceguera.

4. Coloque el lente de contacto en la cámara correcto del estuche portalentes.

Paso 2: Almacenamiento
- Para guardar sus lentes de contacto, primero desinfectelos y déjalos en el estuche portalentes cerrado hasta que vaya a utilizarlos, **Mantenga DEMPRE los lentes de contacto completamente sumergidos en la solución de almacenamiento recomendada cuando no se están usando. Los periodos prolongados de secado dificultarán la rehumectación de los lentes de contacto. Si se lente de contacto se seca, desécheló y reemplácelo por uno nuevo.**
- Si no va a usar sus lentes de contacto inmediatamente después de la desinfección, pida información sobre el almacenamiento de los lentes de contacto a su profesional de la visión.
- Lávar y limpiar siempre el estuche portalentes frotándolo con el dedo y utilizando soluciones desinfectantes/limpiadoras de lentes de contacto frescas y estériles, La limpieza se debe llevar a cabo con soluciones desinfectantes frescas y estériles (nunca utilice agua) y el estuche portalentes debe secarse al aire con pañuelos de papel nuevo antes de ponerse en uso después de la desinfección.
- Reemplace el estuche portalentes de acuerdo proporcionado con el estuche portalentes o conforme a las indicaciones de su profesional de la visión.
- Los estuche portalentes pueden ser una fuente de proliferación bacteriana.

ADVERTENCIA: No guarde sus lentes de contacto ni los enjuague con agua o solución no estéril, Utilice únicamente solución multiuso nueva, para no contaminar sus lentes de contacto o el estuche portalentes donde los guarda, Utilizar una solución no estéril puede provocar una infección grave, pérdida de visión o ceguera.
EMERGENCIAS: Si algún producto químico de cualquier tipo (productos domésticos, soluciones de perforación, productos químicos de laboratorio, etc.) entra en contacto con los ojos: ENJÁGUE LOS OJOS INMEDIATAMENTE CON AGUA DURANTE 15 MINUTOS Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL PROFESIONAL DE LA VISIÓN O ACUDA A LA SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL.

6. NOTIFICACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS (Efectos secundarios)
Cualquier incidente o experiencia inesperada se lleva a cabo de contacto de marca ACUVUE® debe notificarse al fabricante y/o su representante autorizado y lo su autoridad nacional.

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE CON PRESBICIA
La corrección visual a través de monovisión o corrección multifocal debe ser decidida entre el profesional de la visión y usted, después de la cuidadosa consideración y discusión de sus necesidades.

Fabricado por:
Consulte el envase para ver el lugar de fabricación.

USA: Johnson & Johnson Vision Care, Inc.
7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, 32256, USA.
IRELAND: Johnson & Johnson Vision Care Ireland GC, The National Technology Park, Limerick, Ireland.

CE 0197 AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus, Grantstown, Co. Dublin, Ireland
www.acuvue.com

Fecha de revisión: 5/2024
VE1/A4 2 PÁG.B.N.D
VE1/A4 2 PÁG.N.N.D

Es los etiquetas o cajas pueden aparecer los siguientes símbolos:

SÍMBOLO	DEFINICIÓN
CAUTION	Precaución, Consulte las instrucciones de uso
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Utilicé antes de (fecha de caducidad)
LOT	Código de lote
STERILE	Esterilización mediante vapor
	No usar si el envase (blister) está dañado
	Impuesto de gestión de residuos
Rx ONLY	PRECAUCIÓN: Ley Federal de los Estados Unidos sólo autoriza la venta de este dispositivo a través de un facultativo autorizado o bajo prescripción médica
REF	Producto sanitario en la Comunidad Europea
	Indica un sistema único de barrera estéril

UV BLOCKER	Filtro ultravioleta –UV
TÜV	Representante Autorizado en la Comunidad Europea
CE	Marcado europeo y número de identificación de organismo notificado
DIA	Diámetro
BC	Curva base
D	Dioptrías (potencia del lente de contacto)
MAX ADD	Adición de cerca máxima que puede corregirse
LOW*	Adición de cerca "baja"
L*	Adición de cerca "baja"
MED*	Adición de cerca "media"
MF	Adición de cerca "media"
HIGH*	Adición de cerca "alta"
HF	Adición de cerca "alta"

CONTACT LENS	Lentes de contacto
MULTIFOCAL	Multifocal
	Orientación Correcta del lente de contacto
	Orientación Incorrecta del lente de contacto (Lente de contacto al revés)
	Extra de apertura del envase (blister)
	Contiene sustancias peligrosas

Lentes de Contacto (omafilcon A)
ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL

Para cada día consecutivo (para uso diario), 6 noches 7 días (para uso prolongado), Cure todo el día con comodidad, Para ver claro de cerca, intermedia y lejos. **Contenido:** Lentes de contacto (38% H2O) en solución salina temporizada con dos metilato de cobáltico, No requiere condiciones especiales de almacén. **Elaborado por: Johnson & Johnson Vision Care, Inc.** 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, E.U.A., 32256 y **Johnson & Johnson Vision Care Ireland GC** The National Technology Park, Limerick, Ireland Inc. y/o dist. por: **JOHNSON & JOHNSON MEXICO, S.A.** Mariano 1700, Colonia Atlas, C.P. 44870, Mexico, S.A., Apdo.Post.1-1799 Guadalajara, Jal. Mexico. Tel. 01-800-2-JOHNSON (01-800-2-564-666) Edificio Obemeb, Torre 2, piso 3 al 7, Boulevard Bogotá, C.Ds., R.L. INVIMA 2016SM-0002661-R5, **Óptica Wainet**, Ed. Wainet 350 O de la Embajada Americana, San José, CR, **ROQUIRO Inc. S.A.** Hda.Herd.Car 200 O 25 S, 15 O del acal con gris la Uruca, San José, CR, Óptica Vision Ed. **Óptica Vision** Vía 6 del Ministerio de Salud, Calle 25 Av. 2 y 4 Bogotá, Colombia, **JBG S.A.** Juan Paulker Nº 2373, Maipu, URY, 27 A, Bonifaz Nº 1, Ciudad, Buenos Aires, R.C.A., 80255, **Venta bajo receta de un prof. de la visión/Uso bajo prescrip. de Prof. de la Salud. F R.S. y datos de importadores y distribuidores dentro del instructivo.**
ELP # 2504132

Johnson & Johnson de Chile S.A. Cerro Colorado #5360 Piso 9, Torre I, Las Condes, Santiago, Chile; **Honduras: Productos Alcosan, S.A. de CV (Proasa)**, Colonia Palmira Avenida República de Brasil casa 3124, Tegucigalpa, Honduras, R.D. HN-OM-1727-0116; **República Dominicana:** R.S. P32022-0076; **El Salvador: DIFILAB, S.A. DE C.V.,** 15 Av. Norte, Calle Dr. Roberto Medrano, Nº 368, Local 3, San Salvador, El Salvador; R.S. INSRS710000021; **Nicaragua: Médisab Medical Cía. LTDA.,** Reparto San Juan, Etapa Norte, Calle El Carmen, Managua,Nicaragua. Distribuidor por: Distribuidora Farmacéutica Del Centro, Km 12 Carretera Sur, Calle Principal, Managua, Nicaragua, R.S. 004-270501-0984 .

Contactenos: Argentina: 0-800-444-2604 - contactenos.ar@acuvue.com - www.acuvue.com/es-ar / **Chile**: 56 - 23-204-0920 - contactenos.cl@acuvue.com - www.acuvue.com/es-cl / **Colombia**: 01 800 518 4004 - contactenos.co@acuvue.com - www.acuvue.com/es-co / **Costa Rica**: RA-VISÓN-AcuvueCDARs@tlg.jnj.com - www.acuvue.com/es-cr / **El Salvador**: RA-VISÓN-AcuvueCDARs@tlg.jnj.com - www.acuvue.com/es-sv / **Honduras**: RA-VISÓN-AcuvueCDARs@tlg.jnj.com - www.acuvue.com/es-hn / **Nicaragua**: RA-VISÓN-AcuvueCDARs@tlg.jnj.com - www.acuvue.com/es-ni / RA-VISÓN-AcuvueCDARs@tlg.jnj.com, www.acuvue.com/es-mx - Servicio de Atención al Consumidor CGA: 1-800-372-2900 / **Perú**: 0800-50722 - contactenos.pe@acuvue.com - www.acuvue.com/es-pe / **Uruguay**: 000-413-598-4659 - contactenos.uy@acuvue.com - www.acuvue.com/es-uy

Instrucciones de uso
ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL

LEA CUIDADOSAMENTE Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS. LOS LENTES DE CONTACTO ACUVUE® SON PRODUCTOS SANITARIOS Y SIEMPRE DEBEN SER ADAPTADOS POR UN PROFESIONAL DE LA VISIÓN, SIGA SIEMPRE LAS INDICACIONES DE SU PROFESIONAL DE LA VISIÓN Y LAS INSTRUCCIONES INCLUIDAS EN ESTE FOLLETO.

Nombre de la marca	Material	Solución de Envasado	Forma de Uso
ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL	senofilcon A	Solución salina de borato con ácido bórico	Cada día (para uso diario), 6 noches / 7 días (para uso prolongado)

1.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO y USO INDICADO
Los lentes de contacto ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL (senofilcon A) están indicados para la corrección de la visión en personas con presbicia con ojos sanos que tienen dificultad para ver de lejos (miopía) o dificultad para ver de cerca (hipermetropía) y pueden tener 0.750 o menos de astigmatismo.

Todos los lentes de contacto de marca ACUVUE® contienen un filtro ultravioleta-UV que ayuda a proteger la córnea y el interior del ojo de la dañina radiación ultravioleta-UV.

ADVERTENCIA: Los LENTES DE CONTACTO CON FILTRO ultravioleta-UV no sustituyen a los protectores oculares contra los rayos ultravioleta-UV, tales como las gafas de protección o gafas de sol que absorben los rayos ultravioleta-UV, ya que no cubren completamente el ojo y la zona circundante. Como norma, se recomienda que siga utilizando protectores oculares contra los rayos ultravioleta-UV.

NOTA: La exposición prolongada a la radiación ultravioleta-UV es uno de los factores de riesgo asociados a las cataratas. La exposición se ve afectada por una serie de factores como las condiciones del entorno (la altitud, la geografía, la nubosidad) y los factores personales (alcance y naturaleza de las actividades al aire libre). Los lentes de contacto con protección ultravioleta-UV ayudan a proteger la córnea y el interior del ojo de la dañina radiación ultravioleta-UV. Sin embargo, no se han realizado estudios clínicos que demuestren que llevar lentes de contacto con protección ultravioleta-UV reduzca el riesgo de desarrollar cataratas u otras afecciones oculares.
Para obtener más información, consulte a su profesional de la visión.

Su profesional de la visión determinará su esquema de uso (cuánto tiempo usted deberá utilizar los lentes de contacto cada día), y su esquema de reemplazo (cuándo usted debe descartar sus lentes de contacto y usar unos nuevos). Cuando se prescriben para uso con reemplazo planificado / frecuente, usted debe limpiar y desinfectar los lentes de contacto usando un sistema de limpieza y desinfección recomendado.
Sus lentes de contacto están indicados para uso diario por hasta dos semanas, y son extendido por hasta 6 noches7 días de uso continuo, Se recomienda que usted sea evaluado en primer lugar en un esquema de uso diario, Si es satisfactorio, entonces podrá seguir con una introducción gradual al uso extendido, según sea determinado por su profesional de la visión.

2. CONTRAINDICACIONES (Cuándo no se deben utilizar)
NO UTILICE Lentes lentes de contacto si presenta alguna de las siguientes afecciones:

- Inflamación o infección en o alrededor de los ojos o los párpados,
- Alguna enfermedad, daño o anomalía en el ojo que afecte a la córnea, la conjuntiva o párpados,
- Alguna condición diagnosticada previamente que haga inclinando al uso de lentes de contacto.
- Ojo seco severo.
- Sensibilidad corneal reducida (hipoestesia corneal).
- Alguna enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.
- Reacciones alérgicas de la superficie ocular o los tejidos circundantes que puedan ser inducidas por ingredientes en el uso de los lentes de contacto y de soluciones de mantenimiento.
- Alguna infección corneal activa (por ejemplo, hongos, protozoos o virus).
- Si sus ojos están rojos o irritados.
- Conocidas o sospechadas reacciones alérgicas a ingredientes de las soluciones de mantenimiento (es decir, soluciones para limpieza y desinfección, gotas humectantes, etc.), Estas soluciones pueden contener sustancias químicas o conservantes (como mercurio, timerosal, etc.) a los que algunas personas pueden desarrollar una respuesta alérgica.

3. ADVERTENCIAS – lo que debe saber acerca del uso de lentes de contacto
SE PUEDEN DESARROLLAR RAPIDAMENTE PROBLEMAS OCULARES, INCLUIDAS ULCERAS CORNEALES Y OCASIONAR UNA PÉRDIDA DE VISIÓN, EN EXPERIMENTA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS:

- Enrojecimiento ocular.
- Otros problemas oculares.

QUITEE INMEDIATAMENTE LOS LENTES DE CONTACTO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL PROFESIONAL DE LA VISIÓN.

- Los lentes de contacto prescritos para uso diario (es decir, el profesional de la visión le indica que se quite los lentes de contacto al final de cada día), no deben llevarse mientras se duerme. Los estudios clínicos han demostrado que el riesgo de problemas oculares graves aumenta cuando usted duerme con lentes de contacto puestos.
- Estudios han demostrado que los usuarios de lentes de contacto que fuman tienen una incidencia mayor de problemas oculares que los no fumadores.
- Los problemas con los lentes de contacto o los productos de mantenimiento pueden ocasionar lesiones oculares graves, Debe tener en cuenta que el uso y cuidado inadecuados de los lentes de contacto y los productos de mantenimiento, incluidos los estuches portalentes, resulta especial para un uso seguro de estos productos.
- El riesgo general de problemas oculares puede reducirse si se siguen cuidadosamente las instrucciones para el uso y desechado de los lentes de contacto.
- No exponga los lentes de contacto al agua, tampoco mientras los utilice, Si los lentes de contacto se han expuesto al agua, debe desecharlos y reemplazarlos por un nuevo par.
- No guarde sus lentes de contacto ni los enjuague con agua o solución no estéril, Utilice únicamente solución multiuso nueva, para no contaminar sus lentes de contacto o el estuche portalentes donde los guarda, El uso de solución no estéril puede provocar una infección grave, pérdida de visión o ceguera.
- Si recomendado que visite a su profesional de la visión con la periodicidad que le indique su profesional de la visión.

*Nina England Journal of Medicine, September 21, 1989; 321 (12), pp. 773-783.
2.Ophtalmologic Ophthalmology & Visual Science November 2010, Vol.51, 5421-5430.

4. PRECAUCIONES
- **NUNCA** utilice pinzas u otras herramientas para sacar sus lentes de contacto del envase (blister).
- Recuerde, comience siempre con el mismo ojo.
- Asegúrese siempre de que el lente de contacto está en el ojo y de que no se ha olvidado de colocar la lente de contacto.

Precauciones generales:
- Si cree que su lente de contacto para corregir la presbicia es posible que no pueda corregir la mejor agudeza visual corregida para la visión lejana o cercana, Las necesidades visuales varían para cada persona, por lo que su profesional de la visión debe trabajar con usted al seleccionar el tipo de lente de contacto más apropiado.
- Los profesionales de la visión deben indicar al paciente que se quite los lentes de contacto inmediatamente si los ojos se enrojecen o irritan.
- Pónganse siempre en contacto con su profesional de la visión antes del uso de cualquier medicamento para los ojos.
- Los lentes de contacto, incluidos los medicamentosos, tales como antihistamínicos, descongestivantes, diuréticos, relajantes musculares, tranquilizantes y los tratamientos que previenen el mareo, pueden causar sequedad ocular, mayor sensación de llevar lentes de contacto (sensación del lente de contacto en el ojo) o visión borrosa, Informe siempre a su profesional de la visión o tiene alguno problema con sus lentes de contacto mientras toma estos medicamentos.
- Los productos para el cabello, aerosoles, lacas, aceites (gélidos anticosméticos), pueden desarrollar cambios en la visión o en la comodidad al usar lentes de contacto.
- No cambie los tipo de lente de contacto (por ejemplo, nombre de la marca, etc.) ni los parámetros (por ejemplo, diámetro, curva base, dioptrías, del lente de contacto, etc.) sin consultar a su profesional de la visión.
- Tenga siempre un par de gafas funcionales con una graduación actual disponible para usar si no puede usar lentes de contacto, o en circunstancias en las que se desaconseja el uso de lentes de contacto.
- Si se prescribe un uso a largo plazo, siga los procedimientos de seguimiento con revisiones para asegurar la salud continua de sus ojos.
- Consulte a su profesional de la visión sobre el programa de seguimiento recomendado.

La que debe saber acerca del uso de lentes de contacto:
Informe a todos los médicos (profesionales sanitarios) y al empleador sobre lo que implica ser usuario de lentes de contacto.

5. REACCIONES ADVERSAS (efectos secundarios) – Posibles problemas y cómo atenderlos
Los lentes de contacto pueden surgir problemas al usar lentes de contacto y/o gotas estéril asociados con uno o varios de los siguientes síntomas:

- Picor, ardor, pinchazos y/o sequedad en los ojos.
- Sensación de cuerpo extraño (sensación de algo dentro del ojo).
- Reducción o alteración dentro o alrededor de los ojos.
- Enrojecimiento ocular.
- Ojos Secos Sintomáticos.
- Ojos Borrosos y sensaciones oculares inusuales.
- Más visión, visión borrosa.
- Más sensibilidad a la luz, los ojos.
- Sensibilidad al Ruido (Fotofobia).

Si se presentan cualquiera de los eventos adversos anteriores, podría existir una situación grave. **DEBE REMOVER INMEDIATAMENTE LOS LENTES DE CONTACTO y ponerse en contacto antes a su profesional de la visión**, para identificar y tratar el problema o llama neutraste para así evitar daños serios al ojo.

Reacciones problemas y qué hacer
Debe realizar un sencillo autoexamen en 3 pasos al menos una vez al día. Pregúntese lo siguiente:

- ¿Qué sensación me producen los lentes de contacto?
- ¿Qué aspecto tienen mis ojos?
- ¿Ve notado algún cambio en mi visión?

Si observa algún problema, debe REMOVER INMEDIATAMENTE LOS LENTES DE CONTACTO DE LOS OJOS. Si el problema o la incomodidad persiste, no vuelva a ponerse los lentes de contacto y consulte a su profesional de la visión. Si, después de aplicar el nuevo lente de contacto, el problema persiste, REMUEVA INMEDIATAMENTE LOS LENTES DE CONTACTO DE LOS OJOS Y PÓNGASE EN CONTACTO CON EL PROFESIONAL DE LA VISIÓN.

INSTRUCCIONES DE USO
Para su salud ocular, es importante que siga cuidadosamente las instrucciones para la manipulación, la inserción, la remoción y las instrucciones de uso que se encuentran en este folleto, así como los procedimientos de cuidado de los lentes de contacto. Si no sigue estos consejos los procedimientos de cuidado recomendados, no debe intentar usar lentes de contacto.
La primera vez que le proporcionen los lentes de contacto, antes de abandonar la consulta del profesional de la visión, asegúrese de que es capaz de colocarse y retirarse los lentes de contacto (o que cuente con alguien que pueda hacerlo por usted).
NO utilicé el envase (blister) estéril está abierto, dañado o ya ha pasado la fecha de caducidad.

Paso 1: Introducción
Es esencial que aprenda y aplique una buena higiene en el cuidado y manejo de sus nuevos lentes de contacto.
La limpieza es el primer y más importante aspecto del cuidado correcto de los lentes de contacto. En particular, las manos deben estar limpias, secas y sin cremas, lociones o cremas antes de manipular los lentes de contacto.
Antes de empezar:

- Siempre lávese bien las manos con un jabón suave, enjuáguelas por completo y séquelas con una toalla sin pelusas antes de tocar sus lentes de contacto.
- Evitar el uso de jabones que contengan cremas que causan sensación de frío, lociones o cosméticos antes de manipular sus lentes de contacto, Estas sustancias pueden entrar en contacto con los lentes de contacto y interferir en su uso esérico, Es mejor colocarse los lentes de contacto antes del maquillaje.

Paso 2: Apertura del envase (blister)
Confirme siempre que los parámetros del lente de contacto (por ejemplo, potencia, curva base, diámetro, cilindro, eje, adición, etiqueta, etc.) impresos en el envase multiplar y en el blister del lente de contacto individual coincidan con su prescripción, NO usar si hay alguna discrepancia.

Envase múltiple
Cada envase múltiple contiene lentes de contacto envasados individualmente, Cada lente de contacto se presenta en su propio envase plástico sellado con papel de aluminio que contiene solución salina temporizada. Iconto con revió éter celulosa, Este envase está diseñado específicamente para mantener el lente de contacto estéril mientras el envase está sellado, En la Unión Europea, los bordes (sólido blíncy y borde de sello) se definen como sustancias CMR 1B en una concentración superior al 0.1% en peso por peso y son seguros cuando el producto se usa de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

Envase (blister) de lentes de contacto
Para abrir un envase (blister) de un lente de contacto individual, siga estos sencillos pasos:
1. Agite el envase (blister) de los lentes de contacto y compruebe que el lente de contacto está flotando en la solución.
2. Retire el envase (blister) de los lentes de contacto.
3. Pongo un dedo en el lente de contacto y deslícelo hacia arriba por el lado de la cavidad del envase (blister) de lentes de contacto hasta enfrentarlo del borde.

NUNCA utilice pinzas u otras herramientas para sacar los lentes de contacto del envase (blister). A veces, es posible que un lente de contacto se pegue al interior de la solución al abrirlo o al propio envase (blister) de plástico, Esto no afectará a la esterilidad del lente de contacto, Se puede utilizar todavía con perfecta seguridad, Retire el lente de contacto con cuidado e inspeccíonlo siguiendo las instrucciones de manipulación.

Consejos para el manejo de los lentes de contacto
Manipule los lentes de contacto con cuidado, con la punta de los dedos, y tenga cuidado para evitar tocarlo con las uñas, Es útil mantener las uñas cortas y limadas.
Lávese siempre las manos antes de los lentes de contacto en el mismo orden para evitar confusiones.
Cuando haya retirado los lentes de contacto del envase (blister), verifique que sea un solo lente de contacto húmedo y limpio y que está libre de medias o desgarros, Si el lente de contacto parece dañado, NO lo utilice.

Paso 3: Colocación del lente de contacto en el ojo
Comprobación del lente de contacto antes de ponerlo
Sino ver que hayo diserto el estuche o envase (blister) de los lentes de contacto, extráelo y examínalo los lentes de contacto, siga estos pasos para colocar el lente de contacto en su ojo:
1. ASEGÚRESE DE QUE EL LENTE DE CONTACTO NO ESTÉ AL REVÉS
   - Coloque el lente de contacto en la punta del dedo índice y examínelo su perfil, El lente de contacto debe adoptar una forma natural, curvada, similar a la de un casco, A propio envase (blister) de plástico, Esto no afectará a la esterilidad del lente de contacto, Se puede utilizar todavía con perfecta seguridad, Retire el lente de contacto con cuidado e inspeccíonlo siguiendo las instrucciones de manipulación.
   - Coloque el lente de contacto en la punta del dedo índice y examínelo su perfil, El lente de contacto debe adoptar una forma natural, curvada, similar a la de un casco, Si los bordes del lente de contacto tienden a apartar hacia fuera, el lente de contacto está del revés, los bordes se inclinarán lígeramente hacia fuera.

PANEL 16 | PANEL 17 | PANEL 18 | PANEL 19 | PANEL 20 | PANEL 21 | PANEL 22 | PANEL 23 | PANEL 24 | PANEL 25 | PANEL 26 | PANEL 27 | PANEL 28

2.0325” | 1.923” | 1.860” | 1.860” | 1.923” | 1.829” | 1.829” | 1.923” | 1.860” | 1.860” | 1.923” | 1.923” | 1.860”

PANEL 2 | PANEL 3 | PANEL 4 | PANEL 5 | PANEL 6 | PANEL 7 | PANEL 8 | PANEL 9 | PANEL 10 | PANEL 11 | PANEL 12 | PANEL 13 | PANEL 14 | PANEL 15