OVERALL SIZE: 26.534”WIDE X 1.811”HIGH

26.534”

FOLD 1 | FOLD 2 | FOLD 3 | FOLD 4

1.860” | 1.923” | 1.923” | 1.860” | 1.860” | 1.923” | 1.829” | 1.829” | 1.923” | 1.860” | 1.860” | 1.923” | 1.923” | 2.0325”

1.811”

- Drilja suavemente el lente de contacto descentrado hasta la córnea (centro del ojo) mientras tiene el ojo abierto, aplicando presión con el dedo sobre el borde del párpado superior e inferior.

USO DEL LENTE DE CONTACTO
Lea cuidadosamente estas precauciones importantes mientras lleva los lentes de contacto puestos
Condiciones peligrosas
• Si utiliza productos en aerosol (spray), como la laca para el cabello, mientras usa lentes de contacto, mantenga los ojos cerrados hasta que el aerosol se haya asentado.
• **Evite** todos los humos y vapores nocivos o irritantes mientras lleve puesto lentes de contacto.
• **Nunca** enjuague los lentes de contacto con agua corriente del grifo. El agua corriente contiene muchas impurezas que pueden contaminar o dañar sus lentes de contacto y provocar una infección o lesión ocular.
Actividad acuática
• No exponga los lentes de contacto al agua mientras los utiliza.
ADVERTENCIA:
**El agua puede contener microorganismos que pueden provocar una infección grave, pérdida de visión o ceguera. Si usa lentes de contacto no han sumergido en agua al realizar deportes acuáticos o al nadar en piscinas, jacuzzis, lagos o el mar. Debe desechartes y reemplazarlos por un par nuevo. Póngase en contacto con su profesional de la visión para **obtener recomendaciones en relación con el uso de lentes de contacto cuando se realice cualquier actividad que implique contacto con el agua.
Soluciones lubricantes y humectantes
• Su profesional de la visión puede recomendarle una solución lubricante o humectante para ayudar a mantener o aclarar para humedecer (lubricar) sus lentes de contacto mientras los usa.
• No utilice saliva ni nada que no sean las soluciones recomendadas para lubricar o refrescar/limpiar sus lentes de contacto. No ponga los lentes de contacto en su boca.
Uso compartido de los lentes de contacto
• **Nunca** permita que nadie más utilice sus lentes de contacto. Compartir lentes de contacto aumenta en gran medida la probabilidad de infecciones oculares.
Enjuague la lentes de uso y frecuencia de reemplazo prescritos
• **Nunca** use sus lentes de contacto más tiempo del recomendado por su profesional de la visión.
• **Desecha siempre** los lentes de contacto usados según lo recomendado por su profesional de la visión.
• Todo producto no utilizado o material de desecho debe desecharse de conformidad con las regulaciones locales.
ENTRE LOS USOS DE LOS LENTES DE CONTACTO
PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que el lente de contacto está en la córnea (centro del ojo) antes de retirar/extraer/remover/etc. Para determinar si es así, cubra el otro ojo. Si la visión es borrosa, no porque el lente de contacto está en la parte blanca del ojo o ni siquiera está en el ojo. Para buscar el lente de contacto, revise el área superior del ojo mirando hacia abajo en un espejo mientras tira hacia arriba del párpado superior. A continuación, revise el área inferior mirando hacia arriba del párpado inferior.
1. Lavar bien las manos, enjuagarlas y secarlas. Siga el método que le recomendó su profesional de la visión. Para una ilustración, se presenta un ejemplo de un método; el método de ustedes.
Método de pellizco:
Paso 1. Mire hacia arriba y deslice el lente de contacto hacia abajo hasta la parte inferior del ojo utilizando el dedo índice.
Paso 2. Pince suavemente el lente de contacto entre el dedo pulgar y el índice.
Paso 3. Retire el lente de contacto.
2. Siga el método de la siguiente sección. “Cuidado de los lentes de contacto”.
NOTA: Para su salud ocular, es importante que el lente de contacto se pueda mover por el ojo. Si el lente de contacto se pega (deja de moverse) en su ojo, aplique unas gotas de la solución humectante recomendada. Espere hasta que el lente de contacto comience a moverse libremente en el ojo antes de retirarlo. Si el lente de contacto sigue sin moverse, debe consultar inmediatamente a su profesional de la visión.
ENTRE USOS DE LENTES DE CONTACTO
Recuerde que tal vez sea necesaria limpieza o desinfección de sus lentes de contacto, cuando estén prescriptos para un uso único y reemplazo diario. Siempre deseche los lentes de contacto cuando se los retirane y tenga lentes de reemplazo o anteojos disponibles.

EMERGENCIAS: Si algún producto químico de cualquier tipo (productos domésticos, soluciones de problema, productos químicos de laboratorio, etc.) entra en contacto con su ojo, **ENJUAGUE EL OJO CON AGUA INMEDIATAMENTE CON AGUA DEL GRIFO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON** SU PROFESIONAL DE LA VISIÓN O ACUDA A LA SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL.

6. NOTIFICACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS (Efectos secundarios)
Cualquier incidente experimentado mientras se llevan lentes de contacto marca ACUVUE® debe notificarse al fabricante y/o su representante autorizado y/ o su autoridad nacional.

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE CON PRÓTESIS: La corrección visual a través de una prótesis ocular **es decisión entre el profesional de la visión y usted, después de la cuidadosa consideración y discusión de sus necesidades.

Fabricado por:
Consulte el empaque para ver el lugar de fabricación.

USA: Johnson & Johnson Vision Care, Inc., 7500 Centurion Parkway; Jacksonville, Florida, 32256, USA.
IRELAND: Johnson & Johnson Vision Care Ireland UC, The National Technology Park, Limerick, Ireland J Johnson & Johnson Vision Care (Ireland) The National Technology Park, Limerick, Irlanda

LT REP | AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus, Lucan, Co. Dublin, Ireland
www.acuvue.com

Fecha de revisión: 02/2024
VEEVA # 20246;84063
VEEVA # 20246;84191

En los etiquetes o cajas pueden aparecer los siguientes símbolos:

SÍMBOLO	DEFINICIÓN
	Precaución. Consulte las instrucciones de uso
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Utilizar antes de (fecha de caducidad)
LOT	Código de lote
STERILE	Esterilización mediante vapor
	No resilizar (un solo uso)
	No usar si el envase está dañado
	Impuesto de gestión de residuos
	PRECAUCIÓN: La ley federal de los Estados Unidos solo autoriza la venta de este dispositivo a través de un facultativo autorizado o bajo prescripción de un profesional de la visión.
	Producto sanitario en la Comunidad Europea

	Indica un sistema único de barrera estéril
	Filtro ultravioleta
EC REP	Representante Autorizado en la Comunidad Europea
CE	Marcado europeo y número de identificación de organismo certificado
ACUVUE®OASYS®	Lentes de contacto para ASTIGMATISMO
DIA	Diámetro
BC	Curva base
D	Dioptrías (potencia del lente de contacto)
AXIS	Eje
CYL	Cilindro
	Orientación Correcta del lente de contacto
	Orientación Incorrecta del lente de contacto (Lente al revés)
OPEN	Apertura del envase (blister)

STERILE EO	Esterilizado con óxido de etileno
	Contiene sustancias peligrosas

PANEL 16 | PANEL 17 | PANEL 18 | PANEL 19 | PANEL 20 | PANEL 21 | PANEL 22 | PANEL 23 | PANEL 24 | PANEL 25 | PANEL 26 | PANEL 27 | PANEL 28

Johnson & Johnson de Chile S.A. Centro Ejecutivo ,#Cliché Plus 9, Torre 1, Las Condes, Santiago, **Chile**; **Honduras Promotora Americana, S.A. de CV (Propamsa)**, Colonia Palmira, Avenida República de Brasil, casa 2139, Tegucigalpa Honduras. R.S. HN-DM-1119-0102, HN-DM-1219-0212, HN-DM-0520-0147. **República Dominicana**: R.S. PS2007-0057, PS2017-0063, PS2020-0078. **El Salvador: OPTIBAR, S.A. DE C.V.**, 25 Av. Norte, Calle Dr. Roberto Macherner, Nº 908, Local 5, San Salvador, El Salvador. R.S. IMM14X2020017.

Contáctenos: Argentina: 0-800-444-2604 - contactenos.ar@acuvue.com - www.acuvue.com/es-ar / **Chile**: 56 23-284-0501 - contactenos.cl@acuvue.com - www.acuvue.com/es-cl / **Colombia**: 01 800 518 4094 - contactenos.co@acuvue.com - www.acuvue.com/es-co / **Costa Rica**: RA-VISCO-AcuvueCA@dbs.jnj.com - www.acuvue.com/es-cr / **El Salvador**: RA-VISCO-AcuvueCA@dbs.jnj.com - www.acuvue.com/es-sv / **Honduras**: RA-VISCO-AcuvueCA@dbs.jnj.com - www.acuvue.com/es-hn / **República Dominicana**: Servicio de Atención al Consumidor (SAC): 1-809-472-2800 / Servicio de Atención al Consumidor (SAC): 1-800-372-2800 / **Paraguay**: 009-800-441-0148 - contactenos.py@acuvue.com - www.acuvue.com/es-py / **Perú**: 0800-50772 - contactenos.pe@acuvue.com - www.acuvue.com/es-pe / **Uruguay**: 000-413-598-4059 - contactenos.uy@acuvue.com - www.acuvue.com/es-uy

Instrucciones de uso
1-DAY ACUVUE® MOIST para ASTIGMATISMO con LACREON®
**LEA CUIDADOSAMENTE Y CONSERVE O PASE POSTERIORMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO. LOS LENTES DE CONTACTO ACUVUE® SOLO SE ESTERILIZAN SI SE ESCRUPE **DEBEN SER ADAPTADOS POR UN PROFESIONAL DE LA VISIÓN. SIGA SIEMPRE LAS INDICACIONES DE SU PROFESIONAL DE LA VISIÓN Y LAS INSTRUCCIONES INCLUIDAS EN ESTE FOLLETO.

Nombre de la marca	Material	Solución de Envasado	Forma de Uso
1-DAY ACUVUE® MOIST con LACREON® para ASTIGMATISMO	etafilcon A	Solución salina tamponada de borato con poviidona.	1 día

En la Unión Europea, borates (ácido bórico y borato de sodio) se definen como sustancias CMR 1B en una concentración por encima de 0.1 % en peso y son seguros cuando el producto se emplea siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO y USO INDICADO
Los lentes de contacto 1-DAY ACUVUE® Moist con Lacreon para ASTIGMATISMO están indicados en el uso único y reemplazo diario para la corrección óptica de errores refractivos, miopía e hipermetropía, en personas con ojos sanos que tengan hasta 2,25 D de astigmatismo.

NO UTILICE LOS LENTES DE CONTACTO MIENTRAS DUERME.

Todos los lentes de contacto de marca ACUVUE® contienen un filtro ultravioleta-UV ayuda a proteger la córnea y el interior del ojo de la dañina radiación ultravioleta.

ADVERTENCIA: Los LENTES DE CONTACTO CON FILTRO ULTRAVIOLETA-UV **no sustituyen a los anteojos de protección contra los rayos ultravioleta, **tales como las gafas de protección o gafas de sol que absorben los rayos ultravioleta de la parte anterior/posterior del ojo, **como los de la conjuntiva. **Como norma, se recomienda que siga utilizando anteojos de protección contra los rayos ultravioleta.

NOTA: La exposición prolongada a la radiación ultravioleta es uno de los factores de riesgo asociados a los cataratas. La exposición se **efectuó en un estudio de 5 años de duración en 307 personas de entre 18 y 30 años de **geografía, la nebulosidad y los factores personales (edades y cantidades de **las actividades al aire libre). **Los lentes de contacto con protección ultravioleta-UV ayudan a proteger la córnea y el interior del ojo de la dañina radiación ultravioleta. Sin embargo, no se han realizado estudios clínicos que demuestren que tienen lentes de contacto con protección ultravioleta-UV reduzca el riesgo de desarrollar cataratas o otras **afecciones oculares. Para obtener más información, consulte a su profesional de la visión.
Su profesional de la visión determinará su esquema de uso (cuanto tiempo puede usarse los lentes de contacto y cuándo). Algunas personas (cuando tiempo para uso único y reemplazo diario, los lentes de contacto deben ser descartados luego de ser removidos.

2. CONTRAINDICACIONES ¿Cuándo no se deben utilizar?
Cuando usa lentes de contacto para corrección visual, **NO UTILICE** estos lentes de contacto si presenta alguna de las siguientes afecciones:
• Inflamación e infección en el párpado o en los ojos o los párpados.
• Alguna enfermedad, daño o anomalía en el ojo que afecte a la córnea, conjuntiva o párpados.
• Alguna condición diagnosticada previamente que haga inconveniente el uso de lentes de contacto.
• Ojos secos.
• Sensibilidad corneal reducida (hipoestesia corneal).
• Alguna enfermedad sistémica que pueda afectar al ojo o empeorar por el uso de lentes de contacto.
• Reacciones alérgicas de la superficie ocular o los tejidos circundantes que puedan ser inducidas o empeorar por el uso de los lentes de contacto o de soluciones de mantenimiento.
• Alguna infección corneal activa (por bacterias, hongos, protozoos o virus).
• El ojo o los ojos seco o ciegos.
• Cualquier condición que pueda ser nociva para los ojos o empeorar o irritar.
• Enfermedad o lesión ocular grave.
• Alergias o sensibilidad a los productos químicos o conservantes (como los productos de limpieza, soluciones oculares grises.
• El uso y cuidado adecuados de lentes de contacto y sus productos son esenciales para la salud de los tejidos del ojo.
• El riesgo general de problemas oculares serios puede reducirse si se siguen cuidadosamente las instrucciones para el uso y desecho de lentes de contacto. “New England Journal of Medicine, September 21, 1989; 321 (12), pp. 773-783 “Investigative Ophthalmology & Visual Science November 2010; Vol.51, 5601-5608

4. PRECAUCIONES
MUNCA utilice pincas u otras herramientas para sacar sus lentes de contacto del envase/blister.
• Recuerde, comienza la colocación siempre con el mismo ojo.
• Siempre lave, enjuague, seque y manipule los lentes en el ojo y de que lo ve claramente antes de comenzar la técnica de retirada.
• Diversos estudios han demostrado que el riesgo de problemas oculares en personas que utilizan lentes de contacto no mayor entre los fumadores que entre los no fumadores.
• Los problemas con los lentes de contacto o los productos para su cuidado pueden ocasionar lesiones oculares graves.
• El uso y cuidado adecuados de lentes de contacto y sus productos son esenciales para la salud de los tejidos del ojo.
• El riesgo general de problemas oculares serios puede reducirse si se siguen cuidadosamente las instrucciones para el uso y desecho de lentes de contacto. “New England Journal of Medicine, September 21, 1989; 321 (12), pp. 773-783 “Investigative Ophthalmology & Visual Science November 2010; Vol.51, 5601-5608

4. PRECAUCIONES
MUNCA utilice pincas u otras herramientas para sacar sus lentes de contacto del envase/blister.
• Recuerde, comienza la colocación siempre con el mismo ojo.
• Siempre lave, enjuague, seque y manipule los lentes en el ojo y de que lo ve claramente antes de comenzar la técnica de retirada.
• Los profesionales de la visión deben indicar al paciente que se remueva los lentes de contacto inmediatamente a los ojos se enrojecen o irritan.
• Pónganse siempre en contacto con su profesional de la visión antes del uso de cualquier medicamento para los ojos.
• Tenga en cuenta que ciertos medicamentos, tales como antihistamínicos, descongestionantes, diuréticos, relajantes musculares, tranquilizantes y pastillas para el mareo pueden reducir la lagrimeo (humedecimiento ocular, mayor sensación de tener lentes de contacto (sensación del lente de contacto en el ojo) o visión borrosa. Informe siempre a su profesional de la visión o tiene algún problema con sus lentes de contacto mientras toma estos medicamentos.
• Algunos tipos de drogas anticonceptivos orales (píldoras anticonceptivas), podría desarrollar cambios en la visión o en la conivolidad al usar lentes de contacto.
• No cambie su tipo de lente de contacto (por ejemplo, nombre de la marca, etc.) ni los parámetros (por ejemplo, diámetro, curva base, potencia, etc.) sin consultar a su profesional de la visión. Cambiar de lente de contacto puede ocasionar problemas oculares.
• Tenga siempre un par de gafas funcionales con una graduación actual disponible para usar si no puede usar lentes de contacto, o en circunstancias en las que el uso de lentes de contacto.
• Como con cualquier lente de contacto, las visitas de seguimiento son necesarias para mantener la salud ocular y la visión.
• Consulte a su profesional de la visión sobre el programa de seguimiento recomendado.

¿Quién debe saber que usted usa de lentes de contacto?
Informe a todos sus médicos y al empleador sobre lo que implica ser usuario de lentes de contacto. Algunos trabajos pueden exigir el uso de un equipo de protección ocular o que usted no utilice lentes de contacto.

5. REACCIONES ADVERSAS (efectos secundarios) - Posibles problemas con los lentes de contacto
Trabajo en cuanto que puedan surgir problemas al usar lentes de contacto y que pueden estar asociados con uno o varios de los siguientes síntomas:
• Picor, ardor, pinchazos y/o sequedad en los ojos.
• Incomodidad o sensación de tener algo dentro del ojo.
• Hinchazón o inflamación dentro o alrededor de los ojos.
• Enrojecimiento ocular.
• Problemas en los párpados.
• Ojos llorosos y secreciones oculares inusuales.
• Fotofobia (sensibilidad a la luz).
• Arco iris o halos alrededor de los objetos.
• Sensibilidad a la luz (fotofobia).
Si se presentara cualquiera de los síntomas anteriores, podría existir una afección ocular grave. **DEBE RETIRAR INMEDIATAMENTE LOS LENTES DE CONTACTO y visitar cuanto antes a su profesional de la visión**, para identificar y tratar el problema si fuera necesario para así evitar daños serios al ojo y la visión.

Recuerdan problemas y ¿qué hacer?
Debe realizar un seguimiento anteriormen en 3 pasos al menos una vez al día. Pregúntese lo siguiente:
• ¿Qué sensación me producen los lentes de contacto?
• ¿Qué aspecto tienen mis ojos?
• ¿Me notado algún cambio en mi visión?

Si observa algún problema, debe REMOVERSE SU LENTE DE CONTACTO DE INMEDIATO. Si el problema o la incomodidad cesan, deseche el lente de contacto y colóquer uno nuevo en el ojo. Si, después de insertar el nuevo lente de contacto, el problema persiste, REMÉVEN EL LENTE DE INMEDIATO Y CONSULTE A SU PROFESIONAL DE LA VISIÓN.

INSTRUCCIONES DE USO
Para su salud ocular, es importante que siga cuidadosamente las instrucciones para la manipulación, inserción, remoción y uso en este folleto, así como las indicadas por el profesional de la visión. Si no puede o no podrá seguir siempre los cuidados recomendados, no debe intentar usar lentes de contacto.
La primera vez que adquiera lentes de contacto, antes de abandonar la consulta del profesional de la visión, asegúrese de que es capaz de colocarse y quitarse los lentes de contacto (o que cuenta con alguien que pueda hacerlo por usted).

Paso 1: ¿Cómo conservar?
Es esencial que aprenda y aplique una buena higiene en el cuidado y manejo de sus nuevos lentes. La limpieza es el primer y más importante aspecto del cuidado correcto de los lentes de contacto. En particular, las manos deben estar limpias, secas y sin jabones, lociones o cremas antes de manipular sus lentes.

Antes de empezar:
• **Limpie siempre** las manos a fondo con un jabón suave, enjuague completamente y séquelas con una toalla limpia que no deje pelusas antes de manipular sus lentes de contacto.
• Evite evitar el uso de jabones que contengan cremas de limpieza, lociones o cosméticos antes de manipular sus lentes de contacto. Estas sustancias pueden entrar en contacto con los lentes de contacto e interferir con su uso correcto. Es mejor colocarse los lentes de contacto antes de maquillarse.

Paso 2: Aperture del envase
Confirme siempre que los parámetros del lente de contacto (por ejemplo, diámetro (DIA), curva base (BC), potencia del lente de contacto (D), etc.) impresos en la caja y en el envase/blister del lente de contacto individual coincidan con su prescripción. NO usar si hay alguna discordancia.

Envase múltiple (Caja)
Cada caja contiene lentes de contacto envasados individualmente. Cada lente de contacto viene en su propio envase/blister, diseñado específicamente para mantener la esterilidad mientras está cerrado.

Envase/Blister de lentes de contacto
Para abrir un envase/blister de un lente de contacto individual, siga estos sencillos pasos:
1. Agite el envase/blister de los lentes de contacto y compruebe que el lente de contacto está flotando en la solución.
2. Retire la solapa con cuidado para acceder al lente de contacto.
3. Agarre el borde del envase/blister de lentes de contacto por el lado de la cavidad del envase/blister de lentes de contacto hasta remover/retirarlo del contenedor.
NUNCA utilice pinzas u otras herramientas para sacar los lentes de contacto de su envase/blister. A veces, es posible que un lente de contacto se pegue al interior de la solapa al abrirla o al propio envase/blister de plástico. Esto no afectará a la esterilidad del lente de contacto. Se puede utilizar tebloro de la solapa para retirar el lente de contacto. Tenga cuidado e inspeccíonelo siguiendo las instrucciones de manipulación.
Consejos para el manejo de los lentes de contacto
• Manipule los lentes de contacto con cuidado, con la punta de los dedos, y tenga cuidado para evitar tocarlos con las uñas. Es útil mantener las uñas cortas y limpias.
• Habitúese a trabajar siempre con los lentes de contacto en el mismo orden para ayudarle a recordar.
• Cuando haya retirado los lentes de contacto del envase/blister, verifique que sea un solo lente de contacto húmedo y limpio y que esté libre de motas o desgarros. Si el lente de contacto parece dañado, NO lo utilice.

Paso 3: Colocación del lente de contacto en el ojo
Recuerde, siempre comenzar con el mismo ojo.
Una vez que haya abierto, extraído, y examinado los lentes de contacto del envase/blister, siga estos pasos para colocarlos en sus ojos:
1. ASEGÚRESE DE QUE EL LENTE DE CONTACTO NO ESTÉ AL REVÉS mediante uno de los siguientes procedimientos:
• Coloque el lente de contacto en la punta del dedo índice y examine su perfil. El lente de contacto debe adoptar una forma natural, curvada, similar a la de un cuenco. Si los bordes del lente de contacto tienden a apuntar hacia fuera, el lente de contacto está del revés.
• Coloque el lente de contacto en la palma del dedo índice y, mirando al lente de contacto, bosque los números 1-2-3. Si los números aparecen de forma correcta, el lente de contacto está correcto y puede colocarse en el ojo. Si el lente de contacto está del revés (1-2-3 invertidos), vuelve el lente de contacto y bosque de nuevo los números para confirmar que la orientación del lente de contacto es la correcta.
2. Con el lente de contacto en su dedo índice, utilice la otra mano para sujetar el párpado superior para evitar el parpadeo.
3. Bajé el párpado inferior con los demás dedos de la misma mano con la que va a colocarle/insertarlo.
4. Mire hacia el techo y coloque suavemente el lente de contacto en el blanco de la parte inferior del ojo.
5. Cuelle lentamente el párpado y cierre el ojo un momento.
6. Parpadee varias veces para centrar el lente de contacto.
7. Use la misma técnica cuando coloque el lente de contacto en el otro ojo.

Hay otros métodos para la colocación de los lentes de contacto. Si el método antes expuesto le resulta difícil, su profesional de la visión puede proporcionarle una alternativa.

Paso 4: Comprobación de los lentes de contacto
Cuando se haya aplicado correctamente los lentes de contacto, pregúntese:
• ¿Veo bien?
• ¿Qué sensación me producen los lentes de contacto?
• ¿Qué aspecto tienen mis ojos?
Si después de colocarse los lentes de contacto, su visión es borrosa, comprúebe lo siguiente:
• El lente de contacto no está centrado en el ojo (consulte “Paso 5: Centrado del lente de contacto”, más adelante en este folleto).
Si el lente de contacto está centrado, retírelo (consulte “Retirada de los lentes de contacto”) y comprúebe lo siguiente:
-Cosméticos o aceites sobre el lente de contacto. Deseche el lente de contacto y colóquer uno nuevo.
- El lado de contacto no encuentra en el ojo equivocado.
- El lente de contacto se encuentra al revés (tangosos se sentirá cómodo como de costumbre). Vea el Paso 3: Colocación del lente de contacto en el ojo”
Si advierte que su visión aún es borrosa después de verificar las posibilidades anteriores, retire los lentes de contacto y consulte a su profesional de la visión.
Nota: Si el lente de contacto resulta claramente incómodo al aplicarlo o se vuelve menos cómodo que cuando lo utilizó por primera vez, remuévalo inmediatamente y póngase en contacto con su profesional de la visión. Si el examen de sus ojos o los lentes de contacto revelara cualquier daño grave, **DEBE RETIRAR INMEDIATAMENTE LOS LENTES DE CONTACTO Y PÓNGASE EN** CONTACTO CON EL PROFESIONAL DE LA VISIÓN.

Paso 5: Centrado del lente de contacto
Un lente de contacto que esté sobre la córnea (parte central del ojo), muy raramente se moverá a la parte blanca del ojo durante su uso. No obstante, es algo que puede ocurrir si la colocación y la retirada no se realizan correctamente. Para centrar un lente de contacto, siga cualquiera de estos procedimientos:
• Cierre los párpados y masajee suavemente el lente de contacto a través del párpado cerrado para llevarlo hasta su lugar.
O bien

PANEL 2 | PANEL 3 | PANEL 5 | PANEL 6 | PANEL 7 | PANEL 8 | PANEL 9 | PANEL 10 | PANEL 11 | PANEL 12 | PANEL 13 | PANEL 14 | PANEL 15